

仕 様 書

この仕様書は、超音波手術システム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量

超音波手術システム 1式

2 規格その他

別紙のとおり。

3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

4 納入期限

平成27年3月31日（火）

5 納入場所

広島市立広島市民病院 中央棟3階 中央手術室【担当：井谷】
（広島市中区基町7番33号）（電話番号 221-2291（代表））

6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

7 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

8 その他

この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協議し良心的に施行するものとする。

次のものとし、納入機器の搬入、調整、据付を含む。

品名		規格	メーカー名	数量
超音波手術システム			オリンパス	1式
内 訳	超音波凝固切開装置 SONICISION ジェネレーター	SCG	コウイテン	3
	SONICISION バッテリーパック	SCB	コウイテン	6
	SONICISION バッテリーチャージャ	CBC	コウイテン	1
	SONICISION 滅菌トレイ	SCST1	コウイテン	3
	送水・吸引チューブ(凝固用ボタン電極付)	WA51138A	オリンパス	3
	送水・吸引ハンドルセット	WA51172S	オリンパス	3
	Aコード	WA00014A	オリンパス	2
	膈壁鉤(杉山式)大	902-1701	三立医科	2
	TMJ 鉗子(右手用) 5mm	TMJ-FR5	ニチオン	1
	TMJ クリップ(S)	TMJ-CS	ニチオン	2
	TMJ クリップ(L)	TMJ-CL	ニチオン	1
	滅菌トレイ(ホルダー付)	19454	ジョンソン&ジョンソン	10
	マイクロバック	2600A	エムイーテクニカ	1
	CLICKline DeBAKEY 把持鉗子インサート	K33310DYD	エムシーメディカル	2
	絶縁アウターシース	K33300	エムシーメディカル	2
	プラスチックハンドル	K33121	エムシーメディカル	2
	アンギュレーションフック電極 (電極コード付)	K26785RL	エムシーメディカル	1
	CLICKline KELLY 把持鉗子ユニット	K33310ML	エムシーメディカル	1
	CLICKline 剥離把持鉗子ユニット	K33310R	エムシーメディカル	1
	CLICKline カーブ剪刀ユニット	K34310MS	エムシーメディカル	1
	CLICKline 腸把持鉗子ユニット	K33310C	エムシーメディカル	1
	CLICKline 把持鉗子ユニット	K33310CC	エムシーメディカル	2
	絶縁アウターシース	K33300	エムシーメディカル	6
	プラスチックハンドル	K33121	エムシーメディカル	3
プラスチックハンドル	K33122	エムシーメディカル	3	
ローティングホイール 5個	K33120	エムシーメディカル	2	

	プラスチックコンテナー	K27717D	エムシーメディカル	1
	アトラウマティックグラスパー	SNB180100KK	スミス&ニュー	1
	エンドリリーフ(片開 上向カーブ)	J3103	ホフ電子	2
	エンドリリーフ(万能)	J3106	ホフ電子	2
	シャフトガイドプラス		ホフ電子	2