

仕 様 書

この仕様書は、広島市立広島市民病院における二相式気道陽圧ユニット一式の賃貸借について必要な事項を定めるものとする。

1 対象物件

契約対象物件	設 置 場 所
二相式気道陽圧ユニット一式	広島市立広島市民病院又は使用者宅等

この仕様書における二相式気道陽圧ユニットとは、次のものをいう。

- (1) 当契約機器は心不全患者の循環動態を改善する療法に使用する機器で、オーシャンウェーブ波形のサポート圧を供給できるもの。
 - (2) 患者の呼吸安定のため、サポート圧が換気量の変化に対応して自動調節できるもの
 - (3) 院内使用の場合は [J 045 人工呼吸]、在宅療法の場合は [C 107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料] が算定できるもの
- ※ 一式とは、本体、電源コード、圧力センサチューブ、エアチューブ、マスクを含んだものをいう。

2 契約書第10条第2項に規定する「24時間サポート体制」とは次のことをいう。

- (1) 24時間体制で職員が、患者やその家族等からの緊急連絡（国内旅行・外泊の場合を含む。）に対応（留守番電話やFAX対応は不可）すること。
- (2) 機器の故障が発生し、至急対応が必要な場合には、速やかに使用者宅を訪問して対応すること。
- (3) 旅行・外泊中の対応については、使用者への機器貸与時及び使用者から旅行・外泊する旨の申し出があった時には、受注者はサポート体制、機器取扱等について説明するものとする。

3 使用済み機器を再使用して貸与する場合は、受注者は、感染防止のため必要な消毒及び滅菌等の処理をあらかじめ行ったうえで貸与する。