

## 仕 様 書

この仕様書は、PHS 電話機（以下「物品」という。）の購入及び納品について適用する。

### 1 品名・数量・規格等

品名	メーカー名	型番等	数量
PHS 電話機セット (防水対応、充電器等含む)	株式会社 日立情報通信エンジニアリング	HI-D8PS II WP (パールホワイト)	30 式

### 2 一般的条項

- ① 受注者は、本品の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 本品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、本品の引き渡しの際、次の書類等（以下「添付書類」という。）を提出すること。  
ア 本品の取り扱いに関する説明書  
イ 本品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。
- ⑤ 設定後、1 年以内に受注者又は製造者の責任に帰する本品の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

### 3 納入期限

平成 29 年 6 月 30 日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

### 4 納入場所

広島市立広島市民病院事務室総務課(総務係) (管理棟 2 階) 【担当：北條】  
(広島市中区基町 7 番 33 号) (電話番号 221-2291 (代表))

### 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品にあたっては、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、物品の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるもの及び添付書類を用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

### 6 保証期間

保証期間は、本品の検査受領後 1 年間とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する本品の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

### 7 その他

この仕様書に記載されていない事項については、当院係員と協議し決定するものとする。