

仕 様 書

この仕様書は、エアードリル（気動式ハイスピードモーターシステム）（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量

エアードリル（気動式ハイスピードモーターシステム） 1式

2 メーカー名・形式等

ビー・ブ라운エス・クラップ株式会社 エアードリル（気動式ハイスピードモーターシステム） 一式

<構成内訳>

品名	規格名	数量
エラン4エア- 1Rタービンハンドピース 1.7	GA762R	1個
エラン4エア- エアホース ハンドスイッチ 5m	GA707R	1個
エラン4エア- ホースアダプター ショレター	GA712R	1個
エラン4バー 1R コースタ イヤメント 2.0mm	GP161R	1個
エラン4バー 1R コースタ イヤメント +2.0mm	GP162R	1個
エラン4バー 1R コースタ イヤメント 2.3mm	GP163R	1個
エラン4バー 1R コースタ イヤメント 3.0mm	GP165R	1個
エラン4バー 1R コースタ イヤメント 4.0mm	GP174R	1個
フルサイズ 滅菌コンテナ 底 592×274×187mm 孔無	JK444	1個
フルサイズ 滅菌コンテナ プライムライン 588×285mm クリア	JP007	1個
ニューパーフォハケット フルサイズ 485×253×76mm	JF213R	1個
ニューパーフォハケット フルサイズ 485×253×56mm	JF212R	1個
エラン4エア- ECCOS エアホース用	GB053R	1個
エラン4エア- ECCOS 1ハンドピース	GB062R	1個
エラン4 ECCOS 12バー	GB718R	2個
ステリット M モーター関連機器メンテナンス用オイルスプレー	GB600	1個
エラン4エア- 洗浄用アダプター	GB697R	1個
エラン4エア- 注油アダプター	GB600850	1個

3 納入場所

広島市安佐北区可部南二丁目1番1号 広島市立安佐市民病院 中央手術室

4 納入期限

平成29年7月31日（月）

5 一般条項

- (1) 納入物品は新品とする。
- (2) 受注者は契約締結後、搬入日時及び搬入経路等について、速やかに当院職員と協議し、その結果を当院事務室職員に連絡すること。
- (3) 受注者は、納入を予定している機器の調整を、受注者の費用負担により、適切に実施すること。
- (4) 受注者は、搬入当日に納入作業に入る際、事前に当院事務室職員へ作業を開始する旨の連絡をすること。作業を終了する場合も同様とする。
- (5) 受注者は、納入物品の搬入・設置にあたって、当院の施設に損傷を与えないよう配慮すること。

なお、損傷等を与えた場合は、直ちに当院事務室職員へ報告し、受注者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。

- (6) 受注者は、納入物品の搬入・設置にあたって、当院職員の指示した経路により搬入し、指示した場所に設置するものとする。

なお、必要となる措置は、受注者の費用負担により責任をもって適切に実施すること。

- (7) 受注者は、納入物品の購入契約に伴い、現行の機器の取り扱いについて発注者と協議すること。

6 検収

受注者は、当院職員の指示に従って本契約に係る納入物品の搬入・組立・設置を行い、正常に動作することを確認したうえで収受するものとする。

なお、検査の結果、不合格となった場合の取り換え等に要する費用は、全額を受注者の負担とする。

7 操作説明

受注者は、当該機器設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、安佐市民病院中央手術室職員に行うこと。

8 保守及び保証事項

- (1) 受注者は、納入物品に発生した故障及び事故に対して、当院職員からの依頼により迅速・適切に対応すること。
- (2) 受注者は、納入物品の納入後1年間に発生した故障及び事故に関して（不可抗力又は取扱い上の故意又は過失による場合を除く）、当院事務室職員の指示するところにより直ちに無償で新品に取り替え又は修理すること。

9 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、当院事務室職員及び受注者が協議のうえ決定するものとする。