

仕 様 書

1 品名及び数量

画像診断ワークステーション 1式

2 メーカー名・形式等

下記の(1)、(2)のいずれかとする。

(1) 富士フイルムメディカル(株) 富士画像診断ワークステーション SYNAPSE VINCENT 一式
 <構成内訳>

品名	規格名	数量
①VINCENT サーバ		
SYNAPSE VINCENT サーバ 5U Tower	VINCENT サーバ 5U Tower V4(EOSL_7Y)	1式
PEN152J1RT/15F	PEN152J1RT/15F(FMS15E)(EOSL_7Y)	1式
Windows Client Access License	5CAL	1式
UPSドメインコントローラ	Power-SOL UPS	1式
追加アプリケーション費用		5式
モダリティ接続費用		3式
サーバ用17インチモニタ	NAX LCD-17-2 SRV#	1式
VINCENT 用推奨プリンタ		1式
V4 用 取扱説明書冊子		1式
②VINCENT クライアント		
SYNAPSE VINCENT クライアント WS クライアント PC 24 インチディスプレイ キッティング/備品等	VINCENT クライアント WS(24 インチ)V4 NAX V4 CLIENT PC # NAX LCD-24 SA/CLT #	1式
③オプション解析ソフト		
呼吸器パッケージ	VINCENT-OP.CT PACK LIC.	1式

(2) (株)AZE 医用画像解析ワークステーション バーチャルプレイス Premium ver3.7 一式
 <構成内訳>

品名	数量
①本体標準ハードウェア (モニタ、筐体、マウス、キーボード、UPS)	1式
②Lite標準ハードウェア (モニタ、筐体、マウス、キーボード)	2式
③標準搭載ソフトウェア (ビューア、比較読影、3D、マルチアングルマルチスライス、3Dスクリーニング、 フィルム2D/フィルム3D、ダブルオブリーク、内視鏡、マルチボリューム(内視鏡)、 フュージョン、VR+VR、マッピング、CTリフォーマット、CTサブトラクション、体積 測定(体脂肪解析)、肺野LAA解析)	1式
④肺解析ソフトウェアパッケージ(CT専用) (3D気道解析、新肺結節解析、肺野解析)	1式
⑤追加取扱説明(年1回 5年分)	1式

3 性能、機能の要件

(1) 前記2の機器は、以下の要件を満たすこと。

ア サーバ付きのネットワークタイプであり、サーバへの同時アクセス数が8ライセンス以上であること。

イ 既存のCT、MRI装置、検像システム、画像サーバと接続すること。また、既存のX-TV装置(2台)を検査システムに接続すること。

4 納入場所

広島市中区舟入幸町14番11号 広島市立舟入市民病院 1階 放射線科

5 納入期限

平成29年11月30日(木)

6 一般条項

(1) 納入物品は新品とする。

(2) 受注者は契約締結後、搬入日時及び搬入経路等について、速やかに舟入市民病院放射線科職員と協議し、その結果を舟入市民病院事務室職員に連絡すること。

(3) 受注者は、納入を予定している機器の調整を、受注者の費用負担により、適切に実施すること。

(4) 受注者は、搬入当日に納入作業に入る際、事前に舟入市民病院事務室職員へ作業を開始する旨の連絡をすること。作業を終了する場合も同様とする。

(5) 受注者は、納入物品の搬入・設置にあたって、舟入市民病院の施設に損傷を与えないよう配慮すること。

なお、損傷等を与えた場合は、直ちに舟入市民病院事務室職員へ報告し、受注者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。

(6) 受注者は、納入物品の搬入・設置にあたって、舟入市民病院放射線科職員の指示した経路により搬入し、指示した場所に設置するものとする。

なお、必要となる措置(GE社製CT装置及びPACSの接続、シーメンス社製MRI装置の接続、東芝製DR装置の接続、富士フイルム製検像システムの接続、並びにシステム導入・構築に必要な打ち合わせ及び作業を含む)は、受注者の費用負担により責任をもって適切に実施すること。

7 検収

受注者は、舟入市民病院放射線科職員の指示に従って本契約に係る納入物品の搬入・組立・設置を行い、正常に動作することを確認したうえで収受するものとする。

なお、検査の結果、不合格となった場合の取り換え等に要する費用は、全額を受注者の負担とする。

8 操作説明

受注者は、当該機器設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、舟入市民病院放射線科職員に行うこと。

9 保守及び保証事項

- (1) 受注者は、納入物品に発生した故障及び事故に対して、舟入市民病院事務室職員からの依頼により迅速・適切に対応すること。
- (2) 受注者は、納入物品の納入後1年間に発生した故障及び事故に関して（不可抗力又は取扱い上の故意又は過失による場合を除く）、舟入市民病院事務室職員の指示するところにより直ちに無償で新品に取り替え又は修理すること。

10 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、舟入市民病院事務室職員及び受注者が協議のうえ決定するものとする。