

# 仕 様 書

この仕様書は、分娩監視装置（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び数量

分娩監視装置 1 式

## 2 規格その他

別紙のいずれか。納入機器の搬入、据付、調整等を含む。

## 3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故等が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡を行い協議すること。
- ② 機器を当局に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

## 4 納入期限

平成29年 9月29日（金）まで

## 5 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟 4階 産婦人科（担当：山崎）  
（中区基町7番33号）（電話 221-2291（代表））

## 6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 7 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

品名		規格	メーカー	数量	備考
分娩監視装置		FM-20	アトム	1式	
内訳	分娩監視装置 Avalon FM-20	15542	アトム	1	
	FM スタンド	15422	アトム	1	
	超音波トランスデューサ	15450	アトム	1	
	デジタル接続ケーブル	15753	アトム	1	
	インターフェース	15935	アトム	1	
	※アトム ケーブル/D-Sub 15pin-リボン 24pin 変換用 No.24814	特注	アトム	1	

又は

品名		規格	メーカー	数量	備考
分娩監視装置 コロトロクス170 172モデル(双児対応)			エア・ウォーター	1式	
内訳	分娩監視装置 コロトロクス 170 172 モデル		エア・ウォーター	1	
	GE170 カート		エア・ウォーター	1	
	CSMアダプタ 170 用		エア・ウォーター	1	
	※トイ 管理システムとのケーブルでの接続				