

## 仕 様 書

### 1 品名及び数量

電気手術器 1式

### 2 メーカー名・形式等

下記の(1)、(2)のいずれかとする。

(1) 第一医科(株) ファーストコアギュレータ100型 FC-100A 一式

<構成内訳>

品名	規格名	数量
コアギュレータ 100型 本体		1台
<b>【付属品】</b>		
・電源コード		1本
・フットスイッチ	21-191-10	1個
・棒状対極板	21-173-10	1本
・モノポーラ電極用ケーブル	21-171-10	1本
・バイポーラ電極用ケーブル	21-181-10	1本
・ピンセット型直線先 双電極	21-101-10	1本
・ピンセット型屈曲先 双電極	21-102-10	1本
・双極針型 双電極	21-110-00	1本
・球先 直線型 単電極	21-111-00	1本
・球先 屈曲型 単電極	21-112-00	1本
・とがり先 屈曲型 単電極	21-113-00	1本

(2) 永島医科器械(株) コアグレータ N-99 フルセット 20512003 一式

<構成内訳>

品名	規格名	数量
コアグレータ N-99 本体		1台
<b>【付属品】</b>		
・電源コード	20550100	1本
・フットスイッチ	20512400	1個
・バイポーラピンセット (直)	20512102	1本
・バイポーラピンセット (曲)	20512103	1本
・バイポーラ用出力コード	20512101	1本
・モノポーラ電極 球ロング曲型	20512307	1本
・モノポーラ電極 ループ針	20512306	1本
・モノポーラ電極 アングル球	20512303	1本
・モノポーラ電極 針型	20512305	1本
・モノポーラ電極 モノポーラハンドル	20512302	1本
・モノポーラ電極用出力コード	20512301	1本
・対極板	20512200	1本

### 3 納入場所

広島市中区舟入幸町14番11号 広島市立舟入市民病院 1階 耳鼻いんこう科

#### 4 納入期限

平成29年10月31日（火）

#### 5 一般条項

- (1) 納入物品は新品とする。
- (2) 受注者は契約締結後、搬入日時及び搬入経路等について、速やかに舟入市民病院看護科職員と協議し、その結果を舟入市民病院事務室職員に連絡すること。
- (3) 受注者は、納入を予定している機器の調整を、受注者の費用負担により、適切に実施すること。
- (4) 受注者は、搬入当日に納入作業に入る際、事前に舟入市民病院事務室職員へ作業を開始する旨の連絡をすること。作業を終了する場合も同様とする。
- (5) 受注者は、納入物品の搬入・設置にあたって、舟入市民病院の施設に損傷を与えないよう配慮すること。  
なお、損傷等を与えた場合は、直ちに舟入市民病院事務室職員へ報告し、受注者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。
- (6) 受注者は、納入物品の搬入・設置にあたって、舟入市民病院看護科職員の指示した経路により搬入し、指示した場所に設置するものとする。  
なお、必要となる措置は、受注者の費用負担により責任をもって適切に実施すること。
- (7) 受注者は、納入物品の購入契約に伴い廃棄することとなる現行のコアグレータ（永島医科器械製：N-88）1式について、舟入市民病院看護科職員及び事務室職員の指示に従って、院内指定保管場所に移動させること。

#### 6 検収

受注者は、舟入市民病院看護科職員の指示に従って本契約に係る納入物品の搬入・組立・設置を行い、正常に動作することを確認したうえで収受するものとする。

なお、検査の結果、不合格となった場合の取り換え等に要する費用は、全額を受注者の負担とする。

#### 7 操作説明

受注者は、当該機器設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、舟入市民病院職員に行うこと。

#### 8 保守及び保証事項

- (1) 受注者は、納入物品に発生した故障及び事故に対して、舟入市民病院事務室職員からの依頼により迅速・適切に対応すること。
- (2) 受注者は、納入物品の納入後1年間に発生した故障及び事故に関して（不可抗力又は取扱い上の故意又は過失による場合を除く）、舟入市民病院事務室職員の指示するところにより直ちに無償で新品に取り替え又は修理すること。

#### 9 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、舟入市民病院事務室職員及び受注者が協議のうえ決定するものとする。