

仕 様 書

この仕様書は、西病棟モニタリングシステム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量

西病棟モニタリングシステム 1式

2 規格その他

つぎのものとし、搬入、据付、調整等を含む。

品 名		規格	メーカー	数量
西病棟モニタリングシステム			フクダ電子株式会社	1式
構成内訳	本体ユニット	DSC-8730	フクダ電子株式会社	1台
	表示ユニット	LC-8024TC	フクダ電子株式会社	1台
	レコーダユニット	HR-800	フクダ電子株式会社	1台
	テレメータ受信ユニット	WE-8000	フクダ電子株式会社	1台
	増床 RF モジュール	RFM-W1F	フクダ電子株式会社	2台
	CFast カード	FCS-64G	フクダ電子株式会社	1個
	デジタルテレメータ受信機	LW-7080	フクダ電子株式会社	1台
	ブランチケーブル 1.0M	CJ-522A	フクダ電子株式会社	1本
	ベッドサイドモータ	DS-8100N	フクダ電子株式会社	1台
	送信機モジュール	HLX-801	フクダ電子株式会社	1台
	無線双方向モジュール	HTC-702	フクダ電子株式会社	1台
	レコーダ・拡張ポートユニット	HR-811	フクダ電子株式会社	1台
	DS-8100 用 HTC 取付カバー	OAO-64A	フクダ電子株式会社	1台
	モニター用トリー 下ユニット	OTO-13	フクダ電子株式会社	1個
	8100 用トリー 上ユニット	OAO-8100	フクダ電子株式会社	1個
	トリー用収納ボックス	OAO-91A	フクダ電子株式会社	2個
心電図用誘導リード モータ用 3 電極	CMC-700-3	フクダ電子株式会社	1本	
心電中継コード	CIO-05CTP-3NU	フクダ電子株式会社	1本	

部品 ネットコアセンサ	DS100A	フクダ電子株式会社	1本
センサ接続ケーブル	DOC-10	フクダ電子株式会社	1本
モニタ用血压カフ 成人用	CUF-8404	フクダ電子株式会社	1個
エアホース 3.5M	OA-80APR3.5	フクダ電子株式会社	1本
リチウムイオンバッテリーパック	BTO-008	フクダ電子株式会社	1個
CFカード 16GB	FCF-16GA	フクダ電子株式会社	1個
心電・呼吸 SpO2 送信機	LX-8300	フクダ電子株式会社	3台
心電図誘導リード「送信機用3電極」	CMT-01CTH-0.8D	フクダ電子株式会社	3本
部品 ネットコアセンサ	DS100A	フクダ電子株式会社	3本

3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

4 納入期限

平成 29 年 11 月 30 日（木）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえで、当院が別途指定する日時に納入すること。

5 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟 4 階 CEセンター【担当：竹内】
 （広島市中区基町 7 番 33 号）（電話番号 221-2291（代表））

6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

7 保証期間

本機器検査受領後1年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。