

点検項目表

項目No.	点検項目	点検(12ヶ月毎) 1回
1	超音波診断装置 LOGIQ S8 FS	
1.1	環境検査	
1.1.1	3Pコンセント確認	○
1.1.2	通風確認	○
1.2	基本動作確認	
1.2.1	システム起動及びシャットダウン動作確認	○
1.2.2	B Mode 動作確認	○
1.2.3	M Mode 動作確認	○
1.2.4	PWD Mode 動作確認	○
1.2.5	CFM Mode 動作確認	○
1.2.6	CWモード 動作確認	○
1.2.7	ECG動作確認	○
1.2.8	Date and Time 確認	○
1.2.9	OPIO上下左右 動作確認	○
1.2.10	キャスターロック 動作確認	○
1.3	自己診断ソフトウェア	
1.3.1	Service Diagnostics for Pyxis	○
1.4	DATA記録保存	
1.4.1	ユーザーPresetデータのCD(DVD)への保存	○
1.4.2	Option画面の記録、保存	○
1.4.3	ユーザーImageデータの確認	○
1.5	オプション確認、調整	
1.5.1	B / W Printer 設定、動作	○
1.5.2	DICOM	○
1.6	Probe確認	
1.6.1	C1-6-Dプローブ	○
1.6.2	C2-9-Dプローブ	○
1.6.3	L3-12-Dプローブ	○
1.6.4	9Lプローブ	○
1.6.5	M5Sc-Dプローブ	○
1.7	部品確認、交換	
1.7.1	装置内ファン確認	○
1.8	清掃	
1.8.1	キャビネット、キーボードパネル、トラックボール	○
1.8.2	モニター	○
1.8.3	Air Filter	○

定期交換及び緊急保守部品 一覧表

No.	部品名	数量	備考
1	CSI ASSY WITH CABLE 5364095	1 個	適時
2	MODE SELECT SW & ENCODER 6020706	1 個	適時
3	JOYSTICK ENCODER 5207000-17	1 個	適時
4	FAN WITH CABLE ASSY 5363484	1 個	適時
5	DVD DRIVE 5393433	1 個	適時
6	CBP ASSY 5364094	1 個	適時
7	HDD 2.5 INCH 5393432	1 個	適時
8	TGC ASSY W/ R BUTTON 6020704	1 個	適時
9	TRACKBALL ASSY 5393439	1 個	適時
10	3BUTTON FOOT SWITCH 5380960	1 個	適時
11	AN KEYBOARD ASSEMBLY 5408671	1 個	適時
12	DVR BOARD ASSY 5388734	1 個	適時
13	OPIO MAIN PWA ASSY 6020703	1 個	適時
14	LCD ARM ASSY 5400794	1 個	適時
15	ECG MODULE 5418137	1 個	適時
16	19INCH LCD 5392293	1 個	適時
17	CPS W/O DC4D 5413249	1 個	適時
18	OPIO TOUCHPANEL&CONTROLL 6020702	1 個	適時
19	SOM W/ 4GB MEMORY 5413279	1 個	適時
20	PID ASSY 5370681	1 個	適時
21	OPIO PANEL ASSY 6020700	1 個	適時
22	GFS ASSY W/O SOM/HDD 5371196	1 個	適時
23	BF192 ASSY 5357234	1 個	適時
24	C1-6-Dプローブ 5437130	1 個	適時
25	C2-9-Dプローブ 5456912	1 個	適時
26	L3-12-Dプローブ 5503592	1 個	適時
27	9Lプローブ 5251786	1 個	適時
28	M5Sc-Dプローブ 5443687	1 個	適時