

点検項目表

項目No.	点検項目	点検(12ヶ月毎)	点検(24ヶ月毎)
		1回	1回
1 CALNEO AQRO DR-XD 1000			
1.1	確認項目		
1.1.1	エラーログの確認	○	○
1.1.2	カートハンドルの確認	○	○
1.1.3	キャストの確認	○	○
1.1.4	保護接地の確認		○
1.1.5	モニターアームの交換		○
1.1.6	モニターアームへの潤滑剤の吹き付け		○
1.1.7	メインキーの確認		○
1.1.8	カートバンパーの確認		○
1.1.9	冷却ファンの清掃		○
1.1.10	アームの水平回転動作の確認		○
1.1.11	アームのセンターピン受けの確認		○
1.1.12	ブレーキ連結シャフトの緩み確認		○
1.1.13	モニタ固定用緩衝部材の交換		○
1.1.14	バッテリーの残量確認		○
1.1.15	SEロック機構の確認	○	○
1.1.16	ロックキーの確認	○	○
1.1.17	フリクション機構へのグリスアップ		○
1.1.18	ケーブル保護シートの交換		○
1.1.19	ガススプリングアセンブリの交換		○
1.1.20	Hydro-AGシートの交換	○	○
1.1.21	トルクヒンジの交換		○
1.1.22	回転動作の確認	○	○
1.1.23	カバー清掃	○	○
1.1.24	光照射野の点灯確認	○	○
1.1.25	フィルタの検出確認	○	○
1.1.26	照射野調整羽根の開閉動作の確認	○	○
1.1.27	回転操作の確認	○	○
1.1.28	光照射野とX線照射野のズレ確認		○
2 CALNEO Smart C12			
2.1	確認項目		
2.1.1	エラーログの確認	○	○
2.1.2	画像の確認	○	○
2.1.3	バッテリーパックの確認	○	○
2.1.4	無線電波状態の確認	○	○
2.1.5	ファンの点検 (MP部)	○	○
2.1.6	フィルタの点検 (MP部)	○	○
2.1.7	LEDおよびブザー音の確認 (DS部)	○	○
2.1.8	ケーブルの確認	○	○
2.1.9	Gセンサの確認	○	○
2.1.10	キャリブレーション	○	○
2.1.11	画像の確認	○	○
2.1.12	オプション品の確認	○	○
2.1.13	装置周り と 外装カバーの清掃	○	○
3 CALNEO Smart S77			
3.1	確認項目		
3.1.1	エラーログの確認	○	○
3.1.2	画像の確認	○	○
3.1.3	バッテリーパックの確認	○	○
3.1.4	無線電波状態の確認	○	○
3.1.5	ファンの点検 (MP部)	○	○
3.1.6	フィルタの点検 (MP部)	○	○
3.1.7	LEDおよびブザー音の確認 (DS部)	○	○

点検項目表

項目No.	点検項目	点検(12ヶ月毎)	点検(24ヶ月毎)
		1回	1回
3.1.8	ケーブルの確認	○	○
3.1.9	Gセンサの確認	○	○
3.1.10	画像の確認	○	○
3.1.11	オプション品の確認	○	○
3.1.12	装置周りと外装カバーの清掃	○	○
4 Smart MP (電源供給ユニット)			
4.1	確認項目		
4.1.1	ファン・フィルターの確認	○	○
4.1.2	SEケーブルの確認	○	○
4.1.3	電源プラグの確認	○	○
4.1.4	供給電源の確認	○	○
5 Console Advance			
5.1	確認項目		
5.1.1	イベントログの確認	○	○
5.1.2	安全性の確認	○	○
5.1.3	外観清掃	○	○
5.1.4	故障解析ツールの実施	○	○
5.1.5	機能の確認	○	○
5.1.6	設定のバックアップ	○	○

定期交換部品 一覧表

No.	機器名	部品名	数量	備考
1	CALNEO AQRO	モニターアーム 341Y200043	2 個	1個/2年
2		モニタ固定用緩衝部材 386N200036B	2 個	1個/2年
3		ケーブル保護シート 388Y200043	2 個	1個/2年
4		ガススプリングアセンブリ 388Y200021A	2 個	1個/2年
5		Hydro-AGシート 345N130066A	5 個	1個/1年
6		トルクヒンジ 898Y200413,314S0139	2 個	1個/2年

緊急保守部品 一覧表

No.	機器名	部品名		数量	備考
1	CALNEO Smart C12	CALNEO Smart C12	812Y120127	1 個	適時
2		ボードアセンブリ(LEA65A)	857Y120044	1 個	適時
3		ボードアセンブリ(RMV65A)	857Y120005	1 個	適時
4		ボードアセンブリ(RMV66A)	F857Y120105	1 個	適時
5		PCBA unit(MPC54B)	857Y120034	1 個	適時
6		トップカバーキット1214SE	F898Y120440	1 個	適時
7		Cover(ネジキット含む)	898Y120256	1 個	適時
8		ハイメンカバーキット1214SE	F898Y120438	1 個	適時
9		Housing	898Y120252	1 個	適時
10		Housing	898Y120253	1 個	適時
11	CALNEO Smart S77	CALNEO Smart S77	812Y120044	1 個	適時
12		ボードアセンブリ(LEA65A)	857Y120044	1 個	適時
13		ボードアセンブリ(RMV65A)	857Y120005	1 個	適時
14		ボードアセンブリ(RMV66A)	F857Y120105	1 個	適時
15		PCBA unit(MPC54B)	857Y120034	1 個	適時
16		トップカバーキット1214SE	F898Y120440	1 個	適時
17		Cover(ネジキット含む)	898Y120256	1 個	適時
18		ハイメンカバーキット1214SE	F898Y120438	1 個	適時
19		Housing	898Y120252	1 個	適時
20		Housing	898Y120253	1 個	適時
21	Smart MP	ボードアセンブリ(NFB51A)	113Y1979B	1 個	適時
22		電源部(PSU27A)	125N100032B	1 個	適時
23		ボードアセンブリ(MPX54A)	113Y100293C	1 個	適時