

仕 様 書

この仕様書は、超音波診断装置（以下「機器」という）の購入について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

別紙の（１）、（２）のいずれかとし、搬入、据付、調整等を含むものとする。

2 一般的条項

- ① 受注者は機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 担当者の指示に従って、納品すること。
- ④ 受注者は機器の納入に伴い廃棄することとなる現行の機器について、当院事務室職員の指示に従って、院内指定保管場所に移動させること。
- ⑤ 受注者は機器の設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、当院検査科職員に行うこと。

3 納入期限

平成30年3月30日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する同年3月1日以降の日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立舟入市民病院 エコー室（本館2階）【担当：櫻井】
（広島市中区舟入幸町14番11号）（電話番号 232-6195）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協議し決定する。

品名	規格 (型番)	メーカー名	数量	
(1) 超音波診断装置	Aplio 300Platinum		1式	
内 訳	① 超音波診断装置 超音波診断装置 本体 液晶モニタ(21.5インチ) CDI PW PS-THI ApliPure Quick Scan プローブコネクタ(3ポート) DVD/CDドライブ	東芝	1	
	② CW キット	UICW-A500A	東芝	1
	③ 参考信号ユニット	UJUR-A500A	東芝	1
	④ 周辺機器搭載 キット	UZRI-A501A	東芝	1
	⑤ ゼリーウォーマ	UZGW-007A	東芝	1
	⑥ プローブホルダ(左) キット	UZPH-A302A	東芝	1
	⑦ DICOM キット	USDI-A500A	東芝	1
	⑧ ApliPure Plus キット	USPP-A300A	東芝	1
	⑨ Precision Imaging キット	USPI-A300A	東芝	1
	⑩ Differential THI キット	USDT-A300A	東芝	1
	⑪ Trapezoid Scan キット	USTS-A300A	東芝	1
	⑫ Probe 4port キット	USPS-A300A	東芝	1
	⑬ Elastography+計測 キット	USEL-A301A	東芝	1
	⑭ SMI キット	USMI-A300A	東芝	1
	⑮ Shear Wave キット	USSW-A500A	東芝	1
	⑯ 2D Wall Motion Tracking キット	USWT-A500A	東芝	1
	⑰ 腹部用コンベックスプローブ	PVT-375BT	東芝	1
	⑱ 腹部用薄型コンベックスプローブ	PVT-475BT	東芝	1
	⑲ 表在用高周波リニアプローブ	PLT-704SBT	東芝	1
	⑳ 表在用高周波リニアプローブ	PLT-1005BT	東芝	1
	㉑ 心臓用セクタプローブ	PST-25BT	東芝	1
	㉒ デジタル白黒プリンタ	UP-D898MD	ソニー	1
	㉓ バーコードリーダー	HR-30UB	キーエンス	1
	㉔ ペーパーシート	SONO PPR L700	東芝	1
	㉕ ソノゼリー	S-JELLY350M12	東芝	1
	㉖ DICOM 接続費用(日本光電)			1

又は

品名	規格 (型番)	メーカー名	数量	
(2) 超音波診断装置	LOGIQ S8 FS		1式	
内 訳	① 超音波診断装置 本体	LOGIQ S8 FS	GE	1
	② C1-6-Dプローブ		GE	1
	③ C2-9-Dプローブ		GE	1
	④ L3-12-Dプローブ		GE	1
	⑤ 9Lプローブ(類型:9L-Dプローブ)		GE	1
	⑥ M5Sc-Dプローブ		GE	1
	⑦ Mobile Assistant		GE	1
	⑧ Compare Assistant		GE	1
	⑨ AFI		GE	1
	⑩ Auto EF		GE	1
	⑪ TVI		GE	1
	⑫ CWD 機能		GE	1
	⑬ ECG 機能(ケーブル付)		GE	1
	⑭ B-Flow		GE	1
	⑮ Auto-IMT		GE	1
	⑯ Shear Wave Elastography		GE	1
	⑰ Scan Assistant		GE	1
	⑱ Elastography(解説機能付)		GE	1
	⑲ DICOM		GE	1
	⑳ 白黒デジタルビデオプリンタ	UP-D898MD	ソニー	1
	㉑ US NW 接続費用ノーマルB(検収後2年間有効)		GE	1
	㉒ SR 接続費用		GE	1
	㉓ Vita 接続費用(作業) <作業内訳> SR 接続 SYS2 MWM・Storage SYS2			1

※特記事項 (以下に留意して見積もること)

1. いずれも未使用新品であること。
2. 搬入設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のゴミは持ち帰ること。
3. いずれも調整の中には、DICOM、生理検査システム(日本光電製 PrimeVita)等必要な接続確認まで含むこと。