

# 仕 様 書

この仕様書は、除細動器（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び数量

除細動器 1 式

## 2 規格その他

別紙のいずれか。納入機器の搬入、据付、調整等を含む。

## 3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故等が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡を行い協議すること。
- ② 機器を当局に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

## 4 納入期限

平成30年 3月30日（金）まで

## 5 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟4階 CEセンター（担当：竹内）  
（中区基町7番33号）（電話 221-2291（代表））

## 6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 7 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

品名		規格	メーカー	数量
除細動器		TEC-5631	日本光電	1式
構成内訳	デファイブリレータ	TEC-5631	日本光電	1
	バッテリーパック NKB-301V	X065	日本光電	1
	架台	KD-561V	日本光電	1
	バスケット	DI-831V	日本光電	1
	マルチパラメータ/SpO2ユニット	QI-564V	日本光電	1
	SDメモ리카ード(2GB) QM-002D	Y154F	日本光電	1
	除細動パッド P-711	H329	日本光電	1
	CO2センサキット TG-920P	P907	日本光電	1

又は

品名		規格	メーカー	数量
ハートスタート XL+(ペーシング/SPO2/EtCO2 機能付)			フクダ電子	1式
構成内訳	ハートスタート XL+P/S/CO2 メイン	861290 # B01A0111	フクダ電子	1
	ハートスタート XL+ 専用カート	989801191197	フクダ電子	1
	ハートスタート DPパッド(1セット入)	DP1	フクダ電子	1
	メインストリーム用エアウェイアダプタ	M2533A	フクダ電子	1