

仕 様 書

この仕様書は、超低温フリーザー（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量

超低温フリーザー 1 式

2 規格その他

別紙のいずれか。納入機器の搬入、据付、調整等を含む。

3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故等が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡を行い協議すること。
- ② 機器を当局に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

4 納入期限

平成30年 3月30日（金）まで

5 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟2階 臨床検査部（担当：田中）
（中区基町7番33号）（電話 221-2291（代表））

6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

7 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。

品名		規格	メーカー	数量
超低温フリーザー		MDF-DU500VH-PJ	パナソニックヘルスケア	1式
構成内訳	超低温フリーザー 本体	MDF-DU500VH-PJ	パナソニックヘルスケア	1
	自動温度記録計	MTR-85H-PJ	パナソニックヘルスケア	1
	記録計取付金具	MDF-S3085	パナソニックヘルスケア	1
	記録計取付作業		パナソニックヘルスケア	1
	記録計センサーカバー		パナソニックヘルスケア	1
	貯蔵ケース		パナソニックヘルスケア	8
	電源プラグ交換		パナソニックヘルスケア	1
	運搬搬入		パナソニックヘルスケア	1

又は

品名		規格	メーカー	数量
超低温フリーザー		MDF-U400VX-PJ	パナソニックヘルスケア	1式
構成内訳	超低温フリーザー 本体	U400VX-PJ	パナソニックヘルスケア	1
	自動温度記録計	MTR-85H-PJ	パナソニックヘルスケア	1
	記録計取付金具	MDF-S3085	パナソニックヘルスケア	1
	記録計取付作業		パナソニックヘルスケア	1
	ラック		パナソニックヘルスケア	1
	ラック取付		パナソニックヘルスケア	1
	電源プラグ交換		パナソニックヘルスケア	1
	運搬搬入		パナソニックヘルスケア	1

又は

品名		規格	メーカー	数量
超低温フリーザー		FMD-500E1	福島工業	1式
構成内訳	超低温フリーザー 本体	FMD-500E1	福島工業	1
	自記温度計	RS-STR	福島工業	1
	ラック	RS-R20T	福島工業	8
	電源プラグ交換		福島工業	1
	運搬搬入		福島工業	1