

# 仕 様 書

この仕様書は、低侵襲鏡視下手術システム(2D) (以下「機器」という。)の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び数量

低侵襲鏡視下手術システム(2D) 1式

## 2 規格その他

つぎのものとし、搬入、据付、調整等を含む。

品 名	規格	メーカー	数 量	
低侵襲鏡視下手術システム(2D)		オリンパス	1式	
構成 内 訳	VISERA ELITE II スタートセット A	オリンパス	3	
	ビデオシステムセンター	OTV-S300	オリンパス	3
	高輝度光源装置	CLV-S200-IR	オリンパス	3
	HD 3COMOS カメラヘッド	CH-S200-XZ-EB	オリンパス	5
	高解像度光学視管(赤外対応)	WAIR130A 30° 10mm	オリンパス	2
	高解像度光学視管(赤外対応)	WAIR100A 0° 10mm	オリンパス	1
	ライトガイド	WA03310A	オリンパス	3
	高解像度光学視管	WA4KL500 0° 5mm	オリンパス	2
	高解像度光学視管	WA4KL530 30° 5mm	オリンパス	3
	HD カメラヘッド	CH-S190-08-LB	オリンパス	2
	ENDO EYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ	LTF-S190-5	オリンパス	1
	ENDO EYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ	LTF-S190-10	オリンパス	1
	31型 4K 対応液晶モニター	LMD-X310ST	オリンパス	4
	高速気腹装置	UHI-4	オリンパス	2
	ハイビジョン画像記録装置	IMH-20	オリンパス	4
	モバイルワークステーション	WM-NP2 SET4	オリンパス	3
ハンドル	WA22367A	オリンパス	2	
シーツ 24Fr (首振ハンドル付)	A22040T	オリンパス	2	

灌流シース 26Fr 回転型	A22026A	オリンパス	2
ブリッジ (70° 用)	A22093A	オリンパス	2
ループ型電極	WA22306D	オリンパス	2
針型電極	WA22355C	オリンパス	2
ローター電極	WA22351C	オリンパス	2
焼却コールド	WA00013A	オリンパス	2
ルアロックコック	O0102.1	オリンパス	2
3D-SDI ケーブル (3.0M)	MAJ-2015	オリンパス	3
3G-SDI ケーブル (8.5M)	MAJ-2016	オリンパス	3
VTR リモートケーブル	MAJ-438	オリンパス	3
ニューモシエア気腹装置	0620-040-604	日本ストライカー	1
ガスヒーティング用気腹チューブ	Z1461-39 10 個	日本ストライカー	1
モータースタンド	MS-BA1600-32A	AVS	1
スコープトレイ (M)	9317-00	エムイーテクニカ	8
シリコンパター	5350	エムイーテクニカ	8
シリコンパター	5351	エムイーテクニカ	5
シリコンパター	5352	エムイーテクニカ	3
腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ	MP3-009-1	エムイーテクニカ	2

### 3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

### 4 納入期限

平成 30 年 3 月 30 日 (金)

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 5 納入場所

広島市立広島市民病院 中央棟 3 階 中央手術室【担当：石部】  
(広島市中区基町 7 番 33 号) (電話番号 221-2291 (代表))

## 6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 7 保証期間

本機器検査受領後 1 年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。