

質 問 回 答 書

番 号	仕様書頁等	質 問	回 答
4	(7)	<p>弊社でご提供する場合、素子の入れ替えは測定センターで行います。</p> <p>モニタは開けられない設計になっており、お客様での入替えはできません。</p> <p>この仕様書に記載してある素子とは何を指しておりますでしょうか。</p>	<p>素子とは、放射線測定器を構成する部品のうち、測定部に係るものをいいます。</p> <p>放射線測定器の素子の入替えについて、発注者が入れ替える必要がある場合、「容易で確実に入替えすることができる」ことを条件として仕様書に記載したものです。</p> <p>受注者側で入れ替えを行う場合は該当致しません。</p>
4	(9)	<p>お客様が紛失された場合や破損してしまった場合、弁済料をいただくことがあります。</p> <p>記載について紛失、破損を除くように記載を変更していただけないでしょうか。</p>	<p>放射線測定器一式(装着用具・素子)の弁済料については、別途支払うことを想定していませんので、必要とあればその金額を見込んだものでお願いいたします。</p>
5	(2)	<p>弊社では使用開始月の前月 25 日までにお届けできるように発送しています。</p> <p>システムの関係上、使用開始 10 日前までの確実なお届けはお約束できません。</p> <p>前月 25 日までのお届けでご了承いただけないでしょうか。</p>	<p>院内の各部署担当者に放射線測定値を配付する必要があることから、10 日前に届けていただくようになっております。</p> <p>ご了承願います。</p>

注 この質問回答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。