

仕 様 書

この仕様書は、人工呼吸器（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

以下に示すどちらかで応札すること。

品 名	規 格	メーカー	数量	
人工呼吸器	Humming Vue	日本光電	1式	
内 訳	ハミングビュープラスセット	MT-VUEPLUS	日本光電	1
	ハミングビューアドバンスドライバンスキー	MT-VUEADVANCED	日本光電	1
	50cc テスト肺	VM046	日本光電	1
	インピーダンスバルブ	VM053	日本光電	1
	Vue ヒースト	VM100	日本光電	1
	Vue 排水トレイ	VM101	日本光電	1
	Vue 患者回路セット(リユース可能)	VM104	日本光電	1
	酸素センサ用 T アダプタ	VM107	日本光電	1
	Vue 排水用ウォータートラップブラケット	VM111	日本光電	1
	Vue 排水用チューブ	VM112	日本光電	1
	加温加湿器 MR850	MR850	日本光電	1
	電気リカルアダプタ 900MR858	V503A	日本光電	1
	ヒーターワイヤ挿入ガイド	V506	日本光電	1
	再使用ヒーターワイヤ	V450	日本光電	2
	温度プローブ (MR850 用-1.85m)	VV018	日本光電	1
	加湿チャンバー-MR290	V505E	日本光電	1
	ハミングブリーズ	VM115	日本光電	1

又は、

人工呼吸器	Babylog VN500	ドレゲル・メディカル	1式	
内 訳	Workstation Neonatal Care	8417400	ドレゲル・メディカル	1
	Humidifier holder, DIN rail	8416325	ドレゲル・メディカル	1
	900MR290 ウォーターバグホル 0.7m	MP01008	ドレゲル・メディカル	1
	900MR088 レイルブラケット	MV07064	ドレゲル・メディカル	1
	MR850 加温加湿器	MV07068	ドレゲル・メディカル	1
	900MR868 温度/フロプローブ 1.1m回路用	8414989	ドレゲル・メディカル	1
	電気リカルアダプター シングル	8414992	ドレゲル・メディカル	1
	新生児用フローセンサのインサート[5 個入]	8410179	ドレゲル・メディカル	1
	新生児用フローセンサ, ISO 15	8411130	ドレゲル・メディカル	1
	ネオフローセンサケーブル	8416600	ドレゲル・メディカル	1
	ID シングル H(N-チャンバー付) [min:10]	MP00343	ドレゲル・メディカル	10

※Volume Ventilation/トレット/NIVは、オプションとして本体に含まれるものとする。

特記事項

1. いずれも、機器の搬入、据付、調整等にかかる経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故等が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡を行い協議すること。
- ② 機器を当局に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持つて行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - A 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
 - I 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 未使用新品の機器を納品すること。

3 納入期限

平成30年10月31日（水）

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟8階 総合周産期母子医療センター (担当：西村)
(中区基町7番33号) (電話 221-2291 (代表))

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。