

仕様書

この仕様書は、内視鏡下手術ドリルシステム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

品名	規格	メーカー	数量
内視鏡下手術ドリルシステム	IPC システム	日本杏トロニック	1 式
構成内訳	IPC コンソール ENT	1898001	日本杏トロニック
	IPC フットスイッチ ENT	1898430	
	エンドスクラブ 2 フットスイッチ	1852000	
	ストレートショット M5 ハンドピース	1899200	
	M5 用滅菌トレー	1899076	
	点滴処置車 PIC-1	0-1641-01	アズワン

特記事項

- 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整等の経費を含むこと。

2 一般的条項

- 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
 - 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- 未使用新品を納品すること。

3 納入期限

平成30年10月31日（水）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟3階 耳鼻咽喉科【担当:江草】
(広島市中区基町7番33号) (電話番号 221-2291 (代表))

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意してくださいこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。