

仕 様 書

この仕様書は、人工呼吸器 ベンチレーター 840（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

品名	規格	メーカー	数量
人工呼吸器 ベンチレーター 840		コヴィディエン	3式
構成内訳	ベンチレーター 840	PB840-JP7T	3台
	テストラック	6011	3個
	エアロジエンプロ	AG-AP6000-JP	3台
	ウォーターバックポール用ブラケット	J-900MR087	3個
	ウォーターバックポール(曲)0.7M	J-900MR290	3個
	デュアルヒーターワイヤアダプタ MR850 用	J-900MR805	3個
	温度プローブ 850 用 1.5M 回路	J-900MR869FP	3個
	加温加湿器 MR850	J-MR850FP	3台
	川重タイプ AIR 用アダプター	VD26804	3個
	川重タイプ O2 用アダプター	VD26809	3個

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整等の経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 未使用新品を納品すること。

3 納入期限

平成30年10月31日（水）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟4階 CEセンター【担当:竹内】
(広島市中区基町7番33号) (電話番号 221-2291 (代表))

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。