

仕様書

この仕様書は、超音波画像診断装置（以下「機器」という）の購入について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

別紙のとおりとし、搬入、据付、調整等を含むものとする。

2 一般的条項

- (1) 納入機器は、新品未使用品とする。
- (2) 受注者は、契約締結後、搬入日時及び搬入経路等について、速やかに検査科職員と協議し、その結果を事務室職員に連絡すること。
- (3) 受注者は、納入を予定している機器の調整、保安及びその他必要な管理について、受注者の費用負担により責任を持って適切に行うこと。
- (4) 受注者は、搬入当日の作業開始時に、事務室職員に作業を開始する旨の連絡をすること。作業終了時も同様とする。
- (5) 受注者は、機器の搬入・設置にあたって、(2)により協議した経路により搬入し、検査科職員が指示した場所に設置するものとする。
- (6) 受注者は、機器の搬入・設置にあたって、病院の施設等に損傷を与えないよう配慮し、必要に応じて、搬入経路の養生等適切な措置を、受注者の費用負担により実施すること。
なお、病院の施設等に損傷を与えた場合は、直ちに事務室職員に報告し、受注者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。
- (7) 受注者は、機器の搬入・設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のゴミを持ち帰ること。
- (8) 受注者は、機器の設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、検査科職員が指定する日時・場所で行うこと。
- (9) 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア. 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書
 - イ. 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

3 納入期限

平成30年11月30日（金）

4 納入場所

広島市立リハビリテーション病院 検査科【担当：山下】

（広島市安佐南区伴南一丁目39番1号）（電話番号 848-8001）

5 検査及び引き渡し

受注者は、搬入・設置及び調整完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意して

おくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保守及び保証事項

- (1) 受注者は、納入機器に発生した故障及び事故に対して、事務室職員からの依頼により迅速・適切に対応すること。
- (2) 保証期間は、本機器検査受領後 1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

- (1) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、事務室職員及び受注者が協議のうえ決定するものとする。
- (2) 操作マニュアルは、日本語のものを一部以上提出すること。

別 紙

品名	規格 (型番)	メーカー名	数量
超音波診断装置	Aplio 300Platinum		1式
内 訳	① 超音波診断装置 超音波診断装置 本体 液晶モニタ(21.5インチ) CDI PW PS-THI ApliPure Quick Scan プローブコネクタ(3ポート) DVD/CD ドライブ	TUS-A300/FJ	キヤノンメディカル 1
	② CW キット	UICW-A500A	キヤノンメディカル 1
	③ 参考信号ユニット	UJUR-A500A	キヤノンメディカル 1
	④ 周辺機器搭載 キット	UZRI-A501A	キヤノンメディカル 1
	⑤ ゼリーウォーマ	UZGW-007A	キヤノンメディカル 1
	⑥ プローブホルダ(左) キット	UZPH-A302A	キヤノンメディカル 1
	⑦ DICOM キット	USDI-A500A	キヤノンメディカル 1
	⑧ ApliPure Plus キット	USPP-A300A	キヤノンメディカル 1
	⑨ Precision Imaging キット	USPI-A300A	キヤノンメディカル 1
	⑩ Differential THI キット	USDT-A300A	キヤノンメディカル 1
	⑪ Trapezoid Scan キット	USTS-A300A	キヤノンメディカル 1
	⑫ SMI キット	USMI-A300A	キヤノンメディカル 1
	⑬ Probe 4port キット	USPS-A300A	キヤノンメディカル 1
	⑭ 腹部用コンベックスプローブ	PVT-375BT	キヤノンメディカル 1
	⑮ 表在用高周波リニアプローブ	PLT-1204SBT	キヤノンメディカル 1
	⑯ 表在用高周波リニアプローブ	PLT-704BT	キヤノンメディカル 2
	⑰ 心臓用セクタプローブ	PST-25BT	キヤノンメディカル 1
	⑱ マイクロプローブ	PVT-745BTH	キヤノンメディカル 1
	⑲ 白黒プリンタ	P95D	キヤノンメディカル 1
	⑳ バーコードリーダ	HR-30UB	キヤノンメディカル 1
	㉑ ソノペーパー	S-600(4)	キヤノンメディカル 1

※特記事項(以下に留意して見積もること)

1. いずれも設置に際し必要となる、DICOM、富士通電子カルテシステム、GE 画像サーバー等、業務に必要な機器への接続及びその動作確認、調整にかかる経費を含むこと。
2. 当該機器の購入により不要となる旧品について、事務室職員の指示に従って、指定場所に移動させること。