

# 仕 様 書

この仕様書は、術中神経機能検査装置 MEE-2000（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び数量

術中神経機能検査装置 MEE-2000 1式

## 2 規格その他

つぎのものとし、搬入、据付、調整等を含む。

品 名		規格	メーカー	数量
術中神経機能検査装置		MEE-2000Smart	日本光電	1式
構成 内 訳	メインユニット	DC-200B	日本光電	1
	パソコンユニット	CC-202B	日本光電	1
	アンプユニット(16ch)	JB-916B	日本光電	1
	刺激ポッド A	JS-201B	日本光電	1
	液晶ディスプレイユニット	VL-201B	日本光電	1
	架台	KD-033A	日本光電	1
	LCD 取り付け金具	KG-200B	日本光電	1
	プリンタ	WJ-120B	日本光電	1
	イヤークューブ	Y855E	日本光電	1
	イヤホン延長コード	K635A	日本光電	1
	ディスプレイサブダームル針電極ツイストリード線タイプ 2.0m	H538E	日本光電	1
	NCS 電極 接地用×1 1.8m	H693	日本光電	1
	NCS 電極 誘発電位導出用×4 1.8m	H694B	日本光電	1
	コークスクリュー電極 1.5m	H686A	日本光電	1
	中継コード 10m	K634A	日本光電	2
	カメラキャプチャユニット	QI-120A	日本光電	1
LED 光刺激装置	LFS-101Ⅲ	エニクメディカル	1	
設置及び Bluetooth 設定		日本光電	1	

### 3 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

### 4 納入期限

平成 30 年 12 月 28 日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

### 5 納入場所

広島市立広島市民病院 中央棟 3 階 中央手術室【担当:松川】  
(広島市中区基町 7 番 33 号) (電話番号 221-2291 (代表))

### 6 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

### 7 保証期間

本機器検査受領後 1 年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

### 8 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。