

# 仕 様 書

1 品名 再来受付機用感熱ロール紙

2 数量・包装等

50箱（20巻／箱）防湿遮光のビニール袋等に1巻ずつ包装し、20巻を1箱で納入する。なお、その際に内容物が分かるように箱の側面の2ヶ所以上に「再来受付機用感熱ロール紙」とシール等を貼付し表示する。

3 形状その他

- |            |   |
|------------|---|
| (1) 形態     | ロール型  |
| (2) 紙質     | 感熱紙（黒発色）  |
| (3) 色      | 白（エンドマーク（1m）あり）   |
| (4) 用紙長    | 76m   |
| (5) 幅      | 80mm  |
| (6) 巻外径    | 77mm±2mm（直径）  |
| (7) 芯径     | 18mm±0.5mm（外側直径）<br>12mm±0.5mm（内側直径）                    |
| (8) 巻径変形量  | 1mm以下   |
| (9) 用紙巻方法  | 印刷面を外側に均一に巻かれており、緩み及び歪み等が生じないように注意するとともに、継ぎ目やミシン目等がないこと |
| (10) 巻始め   | 巻芯に貼り付けず、折り返し幅は20mm以下とする                                |
| (11) 終端マーク | 印刷しない   |
| (12) その他   | 再来受付機（PFU製MEDIA STAFF STモデル及びSCモデル）で問題なく使用できること。        |

4 納入期限 令和元年 6月 28日

5 納入場所

広島市立広島市民病院 事務室医事課（東棟1階）

広島市中区基町7番33号

担当者：石田 連絡先082-212-3228（直通）

6 検査及び引渡し

受注者は契約締結後に速やかに納品までのスケジュール等の連絡を担当者に行うこと。（納品については、基本的に午後3時以降とする）当院に引き渡すまでの保管及びその他の必要な管理については受注者が責任をもって行い、納品の際は当院が指定する者の検査を受け、納入物品の引渡しを行うこと。なお、検査の結果不合格となった場合の取替え等に要する費用は受注者が全額負担するものとする。

また、受注者又は製造者の責任に帰する不良については、受領後においても無償で新品と取り替えることとする。

#### 7 その他

この仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。