

仕 様 書

この仕様書は、臨床検査システムサーバー（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

つぎのものとし、搬入、据付、調整等の経費を含む。

品名	規格	メーカー名	数量
臨床検査システムサーバー		テクノラボ	1式
ハードウェア			1式
業務用サーバー	T-LABO-CLSV(本番系・待機系)	テクノラボ	2式
WEB・集計用サーバー	T-LABO-WEBSV(本番系・待機系)	〃	2式
無停電電源装置本体	Smart-UPS1500RM	〃	4式
ネットワークマネジメントカード	AP9630J	〃	4式
管理用ソフト	PowerChute Network Shutdown	〃	4式
データベース用ミドルウェア			1式
インストールソフトウェア	SQL server Standard Edition 2017	テクノラボ	2式
	SQL server Standard CORE2 コア ライセンス 2017	〃	2式
	SQL server 2017 デバイス CAL	〃	40式
	Windows Server 2016 Standard CAL	〃	40式
その他作業			1式
現行業務プログラムの新データベース対応作業			1式
現行分析装置連携プログラムの新データベース対応作業			1式
現行他システム連携プログラムの新データベース対応作業 (電子カルテ、血液一般、採血、搬送、生理、健診、薬剤)			1式

特記事項

1. データコンバージョン及び OS・サーバー機能・データベース・ネットワーク環境設定を行うこと。
2. ハードウェア等、物品の搬入に係る据付調整にかかる経費を含むこと。
3. 納品に際し、総合及び分析装置接続テストなど各種テストを行うこと。
4. 機器の切り替えや稼働などの作業には必ず立ち会うこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和元年 9 月 3 0 日（月）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟 2 階 臨床検査室【担当:佐々木】

(広島市中区基町 7 番 33 号) (電話番号 221-2291 (代表))

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。検査の際は、**発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。**確認できない場合は**検査不合格とする。**なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後 1 年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。