

# 仕 様 書

この仕様書は、ユニバーサル冷却遠心機（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名・数量及び規格等

品 名		型 番	メーカー名	数量
ユニバーサル冷却遠心機			久保田商事	1 式
構成内訳	ユニバーサル冷却遠心機	5911	久保田商事	1 台
	スイングロータ（バケット付）	ST-2504MS		1 枚
	50ml コニカル管×4チューブラック（4 個 1 組）	0551170		1 組
	15ml コニカル管×16チューブラック（4 個 1 組）	0551160		1 枚
	5～10ml 採血管/15ml ガラス管×28チューブラック（4 個 1 組）	0551140		1 枚
	シーリングキャップ（4 個 1 組）	0550964		1 組

### 特記事項

1. 機器の納品に際し、必要となる搬入、組立、据付、調整にかかる経費を含むこと。
2. 既存の機器は、担当者の指示に従って現場から撤去・及び移動をさせること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
  - ウ メーカー発行の保証書
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和元年 8 月 3 0 日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟 2 階 細菌検査室【担当：木村】  
（広島市中区基町 7 番 33 号）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後 1 か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障は、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 7 その他

この仕様書に記載されていない事項については、当院係員と協議し決定する。