

# 仕 様 書

この仕様書は、自動封入・染色装置（以下「機器」という）の購入について適用する。

## 1 品名及び数量、規格その他

品名	規格(型番)	メーカー名	数量
自動封入・染色装置		サクラファインテックジャパン株式会社	1 式
構成内訳	【構成部品】		
	・自動染色装置 (ティュー・テックプリズマプラス)	DRS-Prisma-P-JD	1 台
	・プリズマ用一括蓋 (3 個用)	Prisma-3L	3 個
	・プリズマ用一括蓋 (4 個用)	Prisma-4L	3 個
	・38 mm用排気ダクト接続アダプタ	K2447801	1 個
	・排気ダクトホースセット (38 mm) 5M	F6053600	1 セット
	・自動ガラス封入装置 (ティュー・テックガラスジー2)	Glas g2-JO	1 台
	・排気接続具材	自動封入・染色装置専用部品	1 式
・架台 (900×750×840)	KK-39FB2I	1 台	
・架台 (1200×750×840)	KK-49FB2I	1 台	

※特記事項（以下に留意して見積もること）

- 未使用新品であること。
- 本体設定費及び位置調整作業費を含むこと。
- 搬入設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のゴミは持ち帰ること。
- 設置に当たっては、既存ネットワークと接続連携すること。

## 2 一般的条項

- 受注者は機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- 担当者の指示に従って、納品すること。
- 受注者は機器の設置及び引渡しの際に、次の書類等（以下「添付書類」という。）を提出すること。また、受注者の費用負担による操作方法の説明を、当院職員に行うこと。
  - ア 物品の構造、機能及び取り扱いに関する説明書、添付文書、注意書、保証書
  - イ 物品に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

## 3 納入期限

令和元年9月30日（月）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立安佐市民病院 病理診断科【担当：阪本】

（広島市安佐北区可部南二丁目1-1 電話番号（082）815-5211 内線 3509）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 7 その他

この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協議し決定する。