

# 仕 様 書

この仕様書は、体外循環用遠心ポンプシステム（以下「機器」という）の購入について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品名		規格（型番）	メーカー名	数量
体外循環用遠心ポンプシステム		CP-4000NEO(SP)/SP-200 他	テクノウッド・テルモ	1 式
構成 内訳	ダブルポンプシステム	CP-4000NEO(SP) 他	テクノウッド	1 式
	ダブルポンプシステム	CP4000-1212	テクノウッド	1 台
	レベルセンサーユニット	LS <sub>c</sub> Ⅲ	〃	1 個
	2本掛けチューブホルダー	TH-B122	〃	2 個
	キャピオックス専用トレイ	CP4-SPTRAY	〃	1 個
	スイングマスト 1000	SM-M1000	〃	1 個
	キャピオックス用サポーター	SP-S	〃	1 個
	CP4000 用サポーター	CP-S	〃	1 個
	キャピオックス遠心ポンプ装置	SP-200 他	テルモ	1 式
	内訳	コントローラー	ME-SP200C	テルモ
	ドライブモーター	ME-SP200M	〃	1 台
	流量/気泡センサー	ME-SPFAS01	〃	2 個
	EBS 専用ホルダー	XX-EB04	〃	1 個
	ハンドクランク	XX-SP05	〃	1 個
	温度センサーケーブル青	XX-SPCBL011	〃	2 個
	温度センサーケーブル赤	XX-SPCBL012	〃	2 個
	圧力センサーケーブル	XX-SPCBL021	〃	2 個
データマネジメントシステム		ME-SPDMS01 他	テルモ	1 式
内訳	データマネジメント用ソフトウェア	ME-SPDMS01	テルモ	1 枚
	スリムタッチパネルコンピューター	SYS-VENUS-123BTO/i5/128GMLC /4G/Win10IOT/BT/YA1	onyx	1 台
	水平多関節アーム	LA-55ER-6(39cm)	〃	1 個
	LAN ケーブル	KB-T7ME-01BKR	〃	1 個
	シリアル USB 変換ケーブル	BSUSRC0605BS	〃	1 個
	ストレートシリアルケーブル	C06N-09MS-09FS-WS15(1.5m)	〃	1 個
	DB9 ㄨ-ㄨ ㄨㄨㄨ	DB9-FF-N	〃	1 個
SenSmart 酸素飽和度モニター		X-100 他	テルモ	1 式
内訳	X-100 セット	ME-X100	テルモ	1 台
	シグナルプロセッサ-3	ME-X100SP3	〃	1 個
	シグナルプロセッサ-4	ME-X100SP4	〃	1 個
	シグナルプロセッサ-5	ME-X100SP5	〃	1 個
	シグナルプロセッサ-6	ME-X100SP6	〃	1 個
	ポールマウントクランプ	ME-X100PM	〃	1 個
	SpO2 センサー大	ME-X8100SL	〃	1 個
	SpO2 センサー中	ME-X8100SM	〃	1 個
	SpO2 センサー小	ME-X8100SS	〃	1 個
セクリスト O2 エアミキサー		LP-D	エア・ウォーター	1 式
内訳	O2 エアミキサー	LP-D	エア・ウォーター	1 台
	耐圧ホース（酸素ピンタイプ）	3m	〃	1 本
	耐圧ホース（圧空ピンタイプ）	3m	〃	1 本
レーザー血流計		ポケット LDF	JMS	2 式
内訳	ポケット LDF 本体セット	MBF-11A	〃	2 台
	プローブ	MBF-P11A	〃	2 本
血液ガス分析装置		エポック(20 テスト込)	シーメンス・ヘルシニアーズ	1 式
内訳	エポック ホスト 2	559013056	〃	1 台
	エポック リーダー	559013063	〃	1 台
	モバイルプリンタ S	559012950	〃	1 台
	エポック測定カード C-plus(20 テスト)	559013148	〃	2 箱
データ管理パーソナルコンピューター		システム専用(データ収集・解析用)	-	1 式

※特記事項（以下に留意して見積もること）

- 未使用新品であること。ただし、カスタムや加工が必要な場合はその経費も含むこと。
- 設置に当たっては、電子カルテ（富士通）と接続連携すること。また既存ネットワークとも接続すること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。また、搬入設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のゴミは持ち帰ること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 受注者は機器の設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、当院職員に行うこと。
- ⑤ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和2年5月29日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立安佐市民病院 MEセンター【担当：上田】

（広島市安佐北区可部南二丁目1-1 電話番号（082）815-5211 内線 3148）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 7 その他

この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協議し決定する。