

## 質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁等	質 問	回 答
	I-1-1-6-1	1-1-6-9 の要件にて実現します。	問題ありません。
	I-1-1-6-2	1-1-6-9 の要件にて実現します。	問題ありません。
	I-1-1-6-3	1-1-6-9 の要件にて実現します。	問題ありません。
	I-1-1-6-7	1-1-6-9 の要件にて実現します。	問題ありません。
	I-1-1-6-8	1-1-6-9 の要件にて実現します。	問題ありません。
	I-1-1-7-3	「フォルダによる分類管理」について、弊社 RIS では、分類管理のための分類項目を登録できます。さらに、検索キーの登録ができ、検索、絞り込みすることができますので要求事項を満たせると考えておりますが、ご提案内容として問題ありませんか？	問題ありません。
	I-1-4-1-1	1-4-1-2 の要件にて実現します。	問題ありません。
	I-1-4-1-4	前日、当日の検査オーダーを検索する条件設定ができ、さらに、当日(前日中の登録を含みます)の依頼検査オーダーフラグを指定し、検索することができますので、要求を満たせると考えておりますが、ご提案内容として問題ありませんか？	問題ありません。
	I-1-5-2-2	実施入力画に実施時間帯区分、紹介病院、紹介者の入力項目を設け、祝祭日、休日(日曜日)については、RIS の休日マスターの設定を考慮し、実施時間帯区分を反映することを想定しております。 実施時間帯区分について、どのような区分を想定されているかご教示ください。	業務時間内と業務時間外の区分を想定しています。
	I-1-5-2-4	実施入力画に実施時間帯区分、紹介病院、紹介者の入力項目を設け、祝祭日、休日(日曜日)については、RIS の休日マスターの設定を考慮し、実施時間帯区分を反映することを想定しております。	業務時間内と業務時間外の区分を想定しています。

		実施時間帯区分について、どのような区分を想定されているかご教示ください。	
	I-1-5-2-11	実施入力中の画面内に登録した薬剤、器材、数量を検査項目毎の初期設定として登録する機能があります。マスタメンテ機能呼び出すことなく初期設定を登録できますので、要求を満たせると考えておりますが問題ございませんか？	問題ありません。
	I-1-5-2-12	検査実施画面から、予め作成した会計情報（物品手技加算情報）セットマスタを呼び出し、実施数量、値を登録できます。さらに、実施入力中の画面内に登録した薬剤、器材、数量を検査項目毎の初期設定として登録する機能があります。マスタメンテ機能呼び出すことなく初期設定を登録できますので、要求を満たせると考えておりますが問題ございませんか？	問題ありません。
	I-1-5-2-15	数値を入力可能な枠（セル）を表示せず、会計項目を選択のうえテンキーで数量を直接変更（画面上も値が変更され表示）することができますので、要求事項を満たせると考えておりますが問題ございませんか？	問題ありません。
	I-1-6-1-2	当直時間帯か否かの検索条件については、実施入力画面に入力した実施時間帯区分を利用し検索出来ることを想定しておりますが問題ありませんか？	問題ありません。
	I-1-7-1-4	レポート印刷については、検査を選択した状態で右クリックメニューより、弊社レポートシステムの入力(参照)画面を表示し、内容をご確認頂きレポート画面より印刷して頂くことを想定しておりますが問題ございませんか？	問題ありません。
	I-1-9-1-3	検査指示テキスト入力内容が同一画面にまとまって表示することができますので、要求を満たせると考えております。	問題ありません。

	I-1-13-1-3	<p>分析項目（ディメンジョン）、分析値（メジャー）は Microsoft Excel 形式ファイルの機能にて実現できる想定ですが、要求事項を満たせると考えておりますが問題ございませんか。</p>	問題ありません。
	I-1-14-4-5	<p>ログイン後、メインメニューより勤務スケジュール画面（スタッフシフト）を表示していただくことができます。</p> <p>前回画面終了時が日表示の場合は、次回表示時にその日の日付の内容が表示されます。</p> <p>前回画面終了時が週表示の場合は、次回表示時はその日を含む一週間を表示する仕様となりますが、問題ございませんか？</p>	問題ありません。

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。