

仕 様 書

この仕様書は、薬用冷蔵ショーケース（以下「機器」という）の購入について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品名	規格（型番）	メーカー名	数量
薬用冷蔵ショーケース		大和冷機工業(株)	1式
内 薬用冷蔵ショーケース	DC-ME50SA-EC		1台
訳 自動温度記録計	AKM-0620		1台

※特記事項（以下に留意して見積もること）

1. 機器の納品時に必要となる搬入、据付、接続、調整、説明等に係る経費を含むこと。
2. 標準付属品一式を含む。
3. 当該機器の購入により不要となる旧品について、事務室職員の指示に従って、院内指定場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 納入機器は、新品未使用品とする。
- ② 受注者は、契約締結後、搬入日時及び搬入経路等について、速やかに薬剤科職員と協議し、その結果を事務室職員に連絡すること。
- ③ 受注者は、納入を予定している機器の調整、保安及びその他必要な管理について、受注者の費用負担により責任を持って適切に行うこと。
- ④ 受注者は、搬入当日の作業開始時に、事務室職員に作業を開始する旨の連絡をすること。作業終了時も同様とする。
- ⑤ 受注者は、機器の搬入・設置にあたって、②により協議した経路により搬入し、薬剤科職員が指示した場所に設置するものとする。
- ⑥ 受注者は、機器の搬入・設置にあたって、病院の施設等に損傷を与えないように配慮し、必要に応じて、搬入経路の養生等適切な措置を、受注者の費用負担により実施すること。
なお、病院の施設等に損傷を与えた場合は、直ちに事務室職員に報告し、受注者の費用負担により速やかに原状回復を行うこと。
- ⑦ 受注者は、機器の設置において予め、配線・電源や各種システム等への接続、またはその他の設置場所において、工事や作業が必要な場合は事前にこれを確認し、薬剤科職員と協議のうえ、搬入までに完了させておくこと。
- ⑧ 受注者は、機器の搬入・設置時に発生する梱包資材及び包装紙等の廃材を持ち帰ること。また、設置後は清掃して元の清潔な状態に戻しておくこと。
- ⑨ 受注者は、機器の設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、薬剤科職員が指定する日時・場所で行うこと。
- ⑩ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア. 機器の構造、機能及び取扱いに関する説明書
 - イ. 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

3 納入期限

令和2年12月25日（金）

4 納入場所

広島市立リハビリテーション病院 薬剤科【担当：米今】

（広島市安佐南区伴南一丁目39番1号）（電話番号 848-8001）

5 検査及び引き渡し

受注者は、搬入・設置及び調整（使用に供する状態）完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保守及び保証事項

- ① 受注者は、納入機器に発生した故障及び事故、調整に対して、事務室職員からの依頼により迅速・適切に対応すること。それについての連絡先や連絡方法を明示しておくこと。
- ② 保証期間は、本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、事務室職員及び受注者が協議のうえ決定するものとする。