

質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁等	質 問	回 答
I-1-1-13	04-01 技術仕様書 (詳細)	本項目については、仕様満たすために、400mm 拡張工事が必要となり、中通路を封鎖するような大きな影響、検査中止が長期に渡る工期、応札価格に大きな影響を及ぼす価格になるため、変更可能でしょうか。	検査室に直接ベッドでスムーズに入室できることが必要であり、スペース確保のための拡張工事は必須です。
I-2-1-13	04-01 技術仕様書 (詳細)	本項目については、仕様満たすために、180mm 拡張工事が必要となり、中通路を縮小、検査中止が長期に渡る工期、応札価格に大きな影響を及ぼす価格になるため、変更可能でしょうか。	検査室に直接ベッドでスムーズに入室できることが必要であり、スペース確保のための拡張工事は必須です。

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。