

# 質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁等	質 問	回 答
1	1-1-1-13	撮影室壁から天板手前の距離を 2000mm 確保することとありますが、実寸での壁内寸サイズ W6170mm×D4262mm の D4262mm 側の天板装置センターで操作室側壁から天板手前の距離が 2000mm でよろしかったでしょうか。	その解釈で間違いありません。
	1-1-6-8	撮影室の天井走行式のモニタ台に透視像、撮影像、内視鏡像、超音波画像、PACS 像を表示することとありますが、入力信号は、DVI、BNC だけでよろしいでしょうか。	HDMI を追加し、壁面に映像コンセントとして作成してください。
	1-1-9-1	バックアップ用に天井懸垂型モニタアーム最高輝度 800cd/m <sup>2</sup> 以上の 19 インチ、2 面式を 1 式用意することとありますが、大型モニタ背面に、19 インチを 2 面配置する認識で間違いありませんでしょうか。	その解釈で間違いありません。
	1-1-9-6	RIS 端末を 1 式用意することとありますが、すべての RIS 端末 2M カラーで間違いありませんでしょうか。	間違いありません。
	1-2-9-1	バックアップ用に天井懸垂型モニタアーム 2 面式を 1 式用意することとありますが、大型モニタ背面に、19 インチを 2 面配置する認識で間違いありませんでしょうか。	その解釈で間違いありません。

	<p>1-2-9-14</p> <p>1-3-6</p>	<p>体位固定具、天板装着用マジックテープバンドをそれぞれ2組用意することとありますが、体位固定具とはどのようなものでしょうか。</p> <p>天板装着用マジックテープバンドは、2-1-5 被験者体幹部固定バンドを用意することと同じものでよろしかったでしょうか。</p> <p>合計数量も2つでよろしかったでしょうか。</p> <p>すべてのRIS端末に、Microsoft Office（Word、Excel、Powerpoint）及びFileMakerを用意することとありますが、FileMakerは既存RIS端末のライセンスを使いインストールの認識でよかったですでしょうか。</p>	<p>体位固定具とは、体位保持補助具のことです。患者の体位を斜めにするためのものや、患者が機器に直接触れないようにするためものなどです。</p> <p>天板装着用マジックテープバンドはその解釈で間違いありません。</p> <p>合計数量は各2つです。</p> <p>その解釈で間違いありません。</p>
--	------------------------------	--	---

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。