

仕 様 書

この仕様書は、内視鏡用カメラ保持アーム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
ユニットラック気動式レトラクションシステム			ビー・ブ라운エースクラブ	1 式
内 訳	ユニットラック気動式レトラクションアーム	RT040R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	手術台レール用アダプター	RT090R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	エアホースシュレーダータイプ 5m	GA468R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	ユニットラックユニバーサル・スパーテルホルダー	RT072R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	ユニットラックエンドスコープ用アダプターホルダーφ10mm 付	RT081R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	ユニットラックエンドスコープ用ホルダー有効径 3.0~7.5mm	RT046P	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	ユニットラッククイックコネクトアダプター	RT020R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	ディスポーザブル滅菌カバー 15cm × 250cm 25 個	JG904	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	プライムラインプロフルサイズ ブルー 593×294×37mm	JP102	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	フルサイズ滅菌コンテナー底 592×274×135mm 孔無	JK442	ビー・ブ라운エースクラブ	1
	ニューパフォバスケットロングサイズ 540×253×76mm	JF223R	ビー・ブ라운エースクラブ	1
パーフォレイトシリコンマットフルサイズ大 517×242mm	JF949	ビー・ブ라운エースクラブ	1	

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
ロックアーム F-X			メディカリーダース	1 式
内 訳	ロックアーム F-X 本体アーム	LA0010-01	メディカリーダース	1
	ロックアーム F-X フットスイッチ	LA0010-02	メディカリーダース	1
	ロックアーム F-X 取付治具	LA0010-03	メディカリーダース	1
	アタッチメント硬性鏡外筒保持用ボールジョイントタイプ	MH1030BJ	メディカリーダース	2
	アタッチメント腸へら保持用（～50mm）	IS1000	メディカリーダース	1
	パイピングチューブ（DISS）	ML-PT-01	メディカリーダース	1
	ロックアームカバー（20 枚入）	PP-FX-01	メディカリーダース	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じない

よう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。

- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和3年3月31日（水）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 中央棟3階 中央手術室【担当：井谷】

(広島市中区基町7番33号)

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。