

質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁等	質 問	回 答
I	1-9-6	「Split filter 方式もしくは Dual Layer 方式もしくは高速スイッチング方式による Dual Energy イメージングが可能であること。」の内容に対して、今回ご提案の弊社の装置は 2 管球 2 検出器方式の Dual Energy Imaging となりますので、Dual Layer は 2 検出器による Dual Energy のご提案で良いと解釈して問題ないでしょうか。	Dual Layer に関しては 2 管球 2 検出器方式の Dual Energy Imaging の提案で問題ないです。

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。