

質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁等	質 問	回 答
①	2-3-1	X 線検出器は 21 スライス以上同時データ収集と記載ありますが、「2-5-3」の要件も考慮し、検出器は実装で 32 列以上を満たす必要があると解釈して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
②	2-4-1	コンソール用モニタは 2 台以上かつキーボード・マウスも 2 セット以上有することと記載ありますが、1 モニタ 1 キーボード・マウスのコンソール形態の場合、3DWS 機能を兼ね備えた自社画像処理端末を増設する事で要件を満たすと解釈しても宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
③	3-4-8	画像読影用端末を一台用意することとありますが、既存と同じ GE ヘルスケア社 CA1000 でよろしいでしょうか。	画像読影用端末は、日本光電社 PrimeVita またはキヤノンメディカルシステムズ社 CardioAgent を要求します。

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。