

仕 様 書

この仕様書は、臨床用ポリグラフ装置(アブレーション治療用) (以下「機器」という。) の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格 (型番)、メーカー名、数量等

品 名		規格 (型番)	メーカー名	数量
臨床用ポリグラフ装置(アブレーション治療用)				1 式
内 訳	本体	RMC-5000M-01	日本光電	1
	コントローラ本体	MU-500G-01		1
	システムソフトウェア	QP-500G		1
	解析ソフトキット	QP-510G		1
	本体用搭載台車	KT-500G		1
	21 インチ LCD	VL-510G		3
	データアクイジションユニット	JA-694P		1
	ベッドサイドモニタ	BSM-1763		1
	バッテリーパック SB-170P	X161		1
	ユニット接続ケーブル	YJ-501G		1
	キーボード	QK-500G		1
	キーボード	QK-510G		1
	キーボード用中継コード	YZ-054H2		1
	ホルダアダプタ	DI-510G		1
	リモートスイッチ	YZ-054H3		1
	外部ドライブユニット	QM-500G		1
	イメージ入力ユニット	QI-500G		2
	サブモニタ出力ユニット	QI-510G		2
	光ケーブル	YZ-053H9		1
	無停電電源装置	SMT1000J		1
	21.3 型カラー液晶モニタ	S2133-HBK		3
	サブモニタ出力ユニット	QI-510G		3
	光ケーブル	YZ-053H9		3
	心拍同期音用スピーカ	MS-P03ABK		1
	SM-201V アイソレーション トランス	716388		1
	サウンド出力ケーブル	YZ-053H7		1
	リモートユニット	QI-520G		1
	光ケーブル(DLC-DLC)	YZ-054H0		1
	光ケーブル	YZ-053H9		1
	外部ドライブユニット	QM-500G		1
	心内心電図ユニット	JB-410G		1
	スチームセレクト	RY-410G		2
ホルダアダプタ	DI-402G	2		
架台	KD-020A	1		
シリアル用接続コード	YZ-053H5	2		
カーディアックスチームレータ	SEC-5104	1		
シリアル接続コード 5m	L785B	1		

心内心電図ユニット接続ケーブル	YJ-511G	2
シリアル用接続コード	YZ-053H5	2
刺激出力コード 5m	L785A	1
RY 接続コード	L784	1
SD カード	Y154F	1
ECG 中継コード(10 電極)	K921	2
SpO2 中継コード(2.5m)	K931	2
フィンガープローブ(1.6m)	P225F	2
成人用中継エアホース(3.5m)	S902	2
成人用カフ(標準) YP-713T	S951D	1
JP-910P 血圧中継コード	K952	2
JP-920P 血圧中継コード	L901	3
JT-950P CO 中継コード	K962	2
CO2 センサキット TG-980P	P910A	2
BISx LOC2 チャンネル	186-0195-NK	2
BISX 中継ケーブル	YJ-671P	2
SM-201V アイソレーショントランス	716388	2
ホルダ	DH-692P	1
通信ケーブル	IF-912P	2
サーミスタ延長ケーブル	SP-4035-1	2
LaserJet Enterprise Color M554dn	7ZU81A#ABJ	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 当院 RIS 及び GAIA など機器を使用するために必要な接続の経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和4年4月15日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立安佐市民病院 臨床工学室【担当：上田】

(広島市安佐北区可部南2丁目1番1号)(電話番号:082-815-5211(代表)【内線 3536】)

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。