

# 質 疑 応 答 書

番 号	技術仕様書頁等	質 問	回 答
I-7-4-2	ミクロ画像（顕微鏡画像）撮影用（病理組織画像撮影用）（10台） ※Nikon 製	「※Nikon 製」との記載がありますが、機能的に同等以上であるオリンパス社製品※にてご提案させていただきます。よろしいでしょうか。 ※顕微鏡用デジタルカメラ DP23 （ご参考仕様） <ul style="list-style-type: none"> <li>・形式：640 万画素カラーカメラ</li> <li>・サイズ：1/1.8 型 CMOS,</li> <li>・解像度（W×H）：3088×2076（最大）,フル HD 対応</li> </ul>	性能及び機能が同等以上であれば、Nikon 製からオリンパス社製への変更を認めます。

注 この質疑応答書は、技術仕様書等の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。