

# 仕 様 書

この仕様書は、気管支鏡・胸腔鏡処置システム(呼吸器内科用) (以下「機器」という。) の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格(型番)、メーカー名、数量等

品名	規格(型番)	メーカー名	数量	
気管支鏡・胸腔鏡処置システム(呼吸器内科用)	—	—	1式	
内訳	汎用冷凍手術ユニット ERBCRYO2	E12-3200	1	
	ERBCRYO2 専用カート	E12-3201	1	
	ERBCRYO2 1ペダルフットスイッチ	E12-3202	1	
	ワイヤーバスケット	E12-0554	1	
	ガスボンベコネクターCO2用	E12-3211	1	
	ガスホース軟性 L0.7m	E12-3207	1	
	クライオプローブ軟性 1.9mm	E12-3204	2	
	クライオプローブ軟性 2.4mm	E12-3205	1	
	本体 VIO300S(エンドカットモデル)	E12-1154	1	
	2ペダルフットスイッチ	E12-0964	1	
	コンパクト架台	238-0367	1	
	X線防護衣 PGC ライトコート 0.25mmPb Bタイプ	L イエロー	保科製作所	5
	X線防護衣 PGC ライトコート 0.25mmPb Bタイプ	M イエロー		2
	X線防護衣 ネーム入れ(入れ替えタイプ)	「呼吸器」		7
	ネクガード PNN 0.25mmPb	イエロー		4
	ポイントネック PNP 0.25mmPb	イエロー		3
	パノラマシールド オーバーグラス スト ームグレー	HF-480S		5
	パノラマシールド レギュラーフィット メタリックレッド	HF-380R		1
	パノラマシールド レギュラーフィット メタリックブルー	HF-380B		1
	Alair 気管支サーモプラスチックコント ローラー	01-6101-001	チェスト	1
Alair 気管支サーモプラスチックアクセサ リー	03-6121-450101	1		
カラーライン器械台	MY-CL100P(ピン ク)	松吉医科	1	
大型吸引器(サイクロン)	TAF-W	新鋭工業	1	
経皮血ガスモニタ TCM5 Flex	11201103	アイエムアイ	1	
TOSCA センサ(500/TCM用)	11202017		1	
専用架台	11221250		1	
耳クリップ(40ヶ入)コンタクトジェル× 1ヶ付	11202051		1	
プリパレータ(12ヶ入)電解液×1ヶ付	11202041		1	
TCM5 キャルガス	11221210		2	

超音波画像診断装置	ARIETTA50	富士フィルム ヘルスケア	1
白黒プリンタ	SSZ-X311		1
白黒プリンタ接続キット	PM-AR50-H001		1
白黒プリンタ搭載金具	MP-FX-AR50-20		1
ゼリーウォマ	JW-3000U		1
ゼリーウォマユニット	EU-6063		1
ゼリーウォマ電源搭載キット	MP-FX-AR50-5		1
ゼリーウォマ右搭載対応キット	MP-FX-AVA-2B-R		1
フリクションキット	MP-FX-AR50-4		1
電子コンベックス探触子(5-1MHz/ 70°)	C253		1
リニアプローブ(12-2MHz/38mm)	L442		1
バッテリーユニット	EU-6065		1
DICOM ネットワーク通信機能ソフト	SOP-AR50-10		1
被験者情報自動入力ソフト	SOP-AR50-6		1
カードリーダー	PDC-30-050-U5 /5SSP		1
PACS 側 DICOM Storage 接続インター フェース	—		1
無線 LAN アダプター	—		1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。
3. 当該機器を正常に使用するために必要な接続の経費を含むこと。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和4年4月15日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立安佐市民病院 呼吸器内科【担当：菅原】

(広島市安佐北区可部南2丁目1番1号) (電話番号：082-815-5211 (代表))

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合

の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。