

# 仕 様 書

この仕様書は、一般病棟電子カルテ経過表連携部門サーバー（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

### （1）一般3階病棟電子カルテ経過表連携部門サーバー

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
生体情報管理システム PrimeGaia		PRM-7100	日本光電	1 式
内 訳	生体情報管理システム PrimeGaia システム基本パック	SYS1	日本光電	1
	PrimeGaia 追加ライセンス（1床～10床まで）	SYS1		10
	PrimeGaia 追加ライセンス（11床以上）	SYS1		50
	24ポートスイッチング HUB	SYS-C0276		2
	8ポート KVM コンソールスイッチ	SYS-C0277		1
	データコネクトルータ	ZD-353N		1
	オラクルライセンス	SYS-C0278		1
	ノートパソコン	SYS-C0045		1
	外部機器取込キット	SYS-C0034		2
	外部機器取込プログラム	SYS1		1
	入室情報連携+モニタ数値出力プログラム	SYS1		1
	リスト形式フロアレイアウトカスタマイズプログラム	SYS1		4

### （2）一般4階病棟電子カルテ経過表連携部門サーバー

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
生体情報管理システム PrimeGaia		PRM-7100	日本光電	1 式
内 訳	生体情報管理システム PrimeGaia 追加ライセンス（11床以上）	SYS1	日本光電	56
	TypeD サーバ	SYS-C0272		1
	無停電電源装置（TypeB/TypeC/TypeD/TypeE/AQ 用）	SYS-C0275		1
	ノートパソコン	SYS-C0045		1
	利用者連携プログラム	SYS1		1
	アクセス参照履歴プログラム	SYS1		1
	リスト形式フロアレイアウトカスタマイズプログラム	SYS1		4

### （3）一般5階病棟電子カルテ経過表連携部門サーバー

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
生体情報管理システム PrimeGaia		PRM-7100	日本光電	1 式
内 訳	生体情報管理システム PrimeGaia 追加ライセンス（11床以上）	SYS1	日本光電	44
	TypeD サーバ	SYS-C0274		1
	無停電電源装置（TypeB/TypeC/TypeD/TypeE/AQ 用）	SYS-C0275		1
	オラクルライセンス	SYS-C0278		1
	患者属性情報受信プログラム	SYS-C0277		1
	帳票画像出力画面プログラム	SYS1		1
	帳票画像出力画面プログラム追加対応（JPEG 出力）	SYS1		1
	GAIA 参照プログラム	SYS1		1
	リスト形式フロアレイアウトカスタマイズプログラム	SYS1		3

#### （1）～（3）の特記事項

1. 指定サーバラックへのラッキングとリモートメンテナンス用の VPN 接続用回線と連携に必要なネットワークを準備すること。
2. サーバ生産、現調、指定サーバラックへのラッキングとリモートメンテナンス用の VPN 接続用回線と連携に必要なネットワークを準備すること。
3. プログラム導入に係る SE 作業費用等を含むこと。
4. 当院指定の端末について検証し、マスタ端末 1 台構築を行うこと。
5. 稼働立会いトレーニングトレーニング費用を含むこと。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和4年4月15日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立安佐市民病院 臨床工学室【担当：上田】

(広島市安佐北区可部南2丁目1番1号)(電話番号:082-815-5211(代表)【内線 3536】)

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。