

保 守 に 関 す る 仕 様 書

本業務は、中央手術室に設置している次に掲げる装置の機能を常に良好な状態に保つため、本仕様に基づいて保守管理を行うものとする。

1 対象機器等

名 称	広島市立安佐市民病院 内視鏡下手術用ロボット保守点検業務
構成内訳	daVinci Xi サージカルシステム（インテュイティブサージカル社製） (1) サージョンコンソール (2) ペイシェントカート (3) ビジョンカート

2 業務の実施回数

- (1) 受注者は、daVinci Xi サージカルシステムを年2回に技術員を派遣して定期点検を行うものとする。点検日時は発注者・受注者協議のうえ決定するものとし、点検内容は別紙1のとおりとする。
- (2) 故障発生時に電話による修理サポート業務（通年）
- (3) 緊急又は異常発生時には即時技術員を派遣し、速やかに機器の復旧に努めるものとする。

3 業務内容

- (1) 受注者は、発注者が良好に対象機器を使用できるよう、必要な部品の交換、機器の清掃、点検、修理及び調整等の整備を行い、対象機器を良好な状態に保つものとし、リモートサービス及びオンコールサポートも合わせて行うものとする。
- (2) 受注者は、各部品等の交換をするものとする。
- (3) 修理サポート業務の受付時期は0時から24時の範囲とし、実施時期は平日、土曜日の7時から24時とする。
- (4) 定期点検の実施時期は平日、土曜日の7時から24時とする。
- (5) 緊急修復業務の受付時間は0時から24時の範囲とし、実施時間は発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。
- (6) 受注者が派遣する定期点検及び修理をする技術員は、当該機器に関する知識を有し、迅速に対応できる者（インテュイティブサージカル米国本社より教育を受け修了証を有する）とする。

4 経費の負担等

前項に定める事項に要する費用その他業務を行うために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、下記の品目は除くものとする。

- (1) 別紙2のインストゥルメント及び付属品
- (2) daVinci スキルシミュレーター用付属品
- (3) インストゥルメント・スターター・キット
- (4) トレーニング・インストゥルメント・スターター・キット

5 業務実施上の留意事項

- (1) 受注者は、当該施設が公共医療施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう作業に従事しなければならない。
- (2) 受注者は、あらかじめ現場責任者及び技術員の住所・氏名を発注者に報告するものとする。
現場責任者又は技術員に変更があったときも、また同様とする。
- (3) 定期点検等、現場で業務を行う日時については、特に定める場合を除き、発注者の業務に支障のない日時とし、別途協議して定めるものとする。

6 報告

業務実施報告書は、所定の書式とし、各期業務実施後速やかに提出し、発注者の確認を得なければならない。

7 その他

この仕様書に疑義のあるとき、又は定めのない事項については、発注者・受注者協議してこれを定めるものとする。