

仕 様 書

この仕様書は、内視鏡室ヘッドサイトモニタ（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
内視鏡ヘッドサイトモニタ				1 式
内 訳	ヘッドサイトモニタ	DS-8100N	フクダ電子	1 台
	レコーダ・拡張ポートユニット	HR-811	フクダ電子	1 台
	モニター用トローリ下ユニット	OTO-13	フクダ電子	1 台
	8100 用トローリ上ユニット	OAO-8100	フクダ電子	1 台
	トローリ用収納ボックス	OAO-91A	フクダ電子	2 個
	心電図用誘導リード（モニタ用 3 電極） クリアリード II	CMC-700-3 (3 電極)	フクダ電子	1 本
	心電中継コード CIO- (3 電極)	CIO-05CTP-3NU	フクダ電子	1 本
	ネルコアセンサ（デュラセンサー）	DS100A	フクダ電子	1 本
	センサ接続ケーブル	DOC-10	フクダ電子	1 本
	エアホース（3.5m）	OA-80APR3.5	フクダ電子	1 本
	リチウムイオンバッテリーパック	BTO-008	フクダ電子	1 個
	CFカード（16GB）	FCF-16GA	フクダ電子	1 個

または

内視鏡ヘッドサイトモニタ				1 式
内 訳	ヘッドサイトモニタ	BSM-3562-Q21	日本光電	1 台
	バッテリーパック SB-671P	X075	日本光電	1 個
	架台	KC-340P	日本光電	1 台
	ECG 中継コード（3/6 電極） JC-906P	K922	日本光電	1 本
	電極リード線（3 電極） BR-903P	K911	日本光電	1 本
	SpO2 中継コード JL-900P	K931	日本光電	1 本
	フィンガープローブ TL-201T	P225F	日本光電	1 個
	成人用中継エアホース（3.5m） YN-901P	S902	日本光電	1 本

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和4年1月31日（月）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟4階 CEセンター 【担当：竹内】

（広島市中区基町7番33号）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。