

仕 様 書

この仕様書は、歯科・口腔外科用機器（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
歯科・口腔外科機器		—	—	1 式
内 訳	シェルト ベースマウントタイプ		タカラベルモ ント	2 式
	シェルトチェア BM 本体			2
	シェルトレザーES(アルドブルー)			2
	スティック SW チェア操作 M/枕			2
	シェルト ドクターBM パッケージ			2
	プレースタイプ 5 本仕様			2
	シリンジ 77 型 DR_BT			2
	MX2 本体・基盤・ホース (TH)			2
	MA2 仕様			2
	バリオス 2 電気スケーラー (TH)			2
	バリオス 2 スケーラー仕様			2
	ライト付ハンドピース回路 (TH)			2
	ライト付ハンドピース回路追加 (TH)			2
	フットコンスライド式切り替え SW 付 (無線)			2
	無線フットコン対応			2
	シリコンマットセット			2
	オートガスバーナーセット			2
	モニター無			2
	紙コップ汚物入れ			2
	シェルト カスピダーパッケージ			2
	シリンジ 77 型 AS_BT			2
	DURR 製バキューム HP			2
	セントラル排唾仕様 DURR 製 HP			2
	カスピダ LED 表示装置			2
	スピットンボウル白仕様			2
	エアーカプラー			2
	水カプラー			2
	ステラライト U マウント			2
	DA-290X コントラ光付			2
	DA-290X ストレート			2
	トルクフォースタービン STD			2
	スツール(ドクター用、アシスタント用)			
術者用スツールアンシェ(アルドブルー)	2			
a スツール S PD ES_ Lブルー	2			
コンプレッサー、エアドライヤ、タンク	—	—	1 式	
コンプレッサー	SLP-22EF	アネスト岩田	1	
トランスホーム	RR-A	アネスト岩田	1	

シングルトラップ	O-2E	フクハラ	1
エアードライヤー	IDU3E-10	SMC	1
サブタンク	SAT-36CB-100	アネスト岩田	1
バキュームモーター、分離機、操作盤	—	東京技研	1式
バキューム	TCSMAX60		1
サクシヨン操作盤	0.75kw		1
バキューム分離器	10L		1
リターンボックスプラス	200V		1
□腔外バキューム(モーター本体)	—	東京技研	1式
モーター本体	FAC-21W 60		1
スーパーバイオ F21	—		1
□腔外バキューム(天吊りアーム)		東京技研	5式
フリーアームアルテオ T(天吊式)			5
消毒コーナーキャビネット		タカラベルモ ント	1式
消毒コーナーキャビネット A			1
消毒コーナー吊ケース A			1
消毒コーナー中間棚 A			2
消毒コーナーキャビネット B			1
消毒コーナー吊ケース B			1
消毒コーナー中間棚 B			1
ノーマルシンク 360*FS シンク			2
多機能シンク GX-K*FS シンク			1
排水キット			3
排水ジョイント備品			3
給水関連取付部材			3
ジェットウォッシャー		ミーレ	1式
ジェットウォッシャー本体 PG8592			1
PG8592 用架台			1
ハンドピース用上段ラック(PG8592 用)			1
セントラル・フィルターA105.204 用			2
コントラ・ハンドピース用アダプター			12
分岐管			10
ノズル*A105/1 用 22 本セット(PG8592 用)			1
下段ラック(PG8592 用)			1
インサートバスケット 1/2	4		
ジェットウォッシャー小物		ミーレ	1式
E363 メッシュトレイ			5
E131 メッシュトレースタンド 5 枚			1
E337/1 インスツルメントスタンド			3
E378 メッシュバスケット(G7881)			1
E430 メッシュバスケット			1
E130 トレースタンド			1
E520 ファイルスタンド			2
E491 バー洗浄スタンド			4
E473/2 バスケット	8		

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和4年4月15日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立安佐市民病院 歯科・口腔外科【担当：丸子】
(広島市安佐北区可部南2丁目1番1号) (電話番号：082-815-5211 (代表))

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。