

# 仕 様 書

この仕様書は、新生児用人工呼吸器（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
新生児・小児用人工呼吸器 Babylog VN600			ドレーゲルジャパン	1 式
内 訳	Babylog VN600	8422200	ドレーゲルジャパン	1
	ネブライザー/イジェクター付 VN600 HFO	OPC6717	ドレーゲルジャパン	1
	システムケーブル 0.7m	8422537	ドレーゲルジャパン	1
	従量式換気	OPC6738	ドレーゲルジャパン	1
	トロリー（架台）	OPC6042	ドレーゲルジャパン	1
	加湿器の取り付け、サイドレール	8416325	ドレーゲルジャパン	1
	加湿器ホルダー	G93111	ドレーゲルジャパン	1
	マウントセット	8411074	ドレーゲルジャパン	1
	Infinity ACS アーム	MP00690	ドレーゲルジャパン	1
	Dräger USB スティック	8416347	ドレーゲルジャパン	1
	耐圧ホース O2,DISS-川重 5m	M35804	ドレーゲルジャパン	1
	耐圧ホース Air,DISS-川重 5m	M35801	ドレーゲルジャパン	1
	新生児用フローセンサのインサート[5 個 入]	8410179	ドレーゲルジャパン	1
	新生児用フローセンサ、ISO15	8411130	ドレーゲルジャパン	2
	900MR868 温度/フロープローブ 1.1m 回路 用	8414989	ドレーゲルジャパン	1
	ネオフローセンサーケーブル	8416600	ドレーゲルジャパン	1
	MR850 加温加湿器	MV07068	ドレーゲルジャパン	1
900MR805 エレクトリカルアダプター デュアル	MP01006	ドレーゲルジャパン	1	
900MR290 ウォーターバックポール 0.7m	MP01008	ドレーゲルジャパン	1	
新生児テスト肺、リユーザブル	MP20050	ドレーゲルジャパン	1	

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
インファントベンチレータ SLE6000			東機貿	1 式
内 訳	インファントベンチレータ SLE6000	Z6000	東機貿	1
	電源コード（SLE6000 用）	MO255/97	東機貿	1
	トロリー（SLE6000 用）	N6690	東機貿	1
	回路アーム（レールマウント、回路ハンガ ー付）	N6627/212	東機貿	1
	フローセンサーケーブル（SLE5000, SLE6000 用）	N6655	東機貿	1
	SLE テストラング	N6647	東機貿	1
	F&P ウォーターバックポールアッセンブ リー（曲）1.05m	900MR291	東機貿	1

F&P ポールマウンティングブラケット	900MR087	東機買	1
耐圧管（空気、川重タイプ）	HOS803P	東機買	1
耐圧管（酸素、川重タイプ）	HOS804P	東機買	1
ソフトウェア HFO	Z6000/HFO	東機買	1
ソフトウェア VTV	Z6000/VTV	東機買	1

**特記事項**

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和4年3月31日（木）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟8階 総合周産期母子医療センター【担当：西村】  
（広島市中区基町7番33号）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。