

仕 様 書

この仕様書は、透析用セントラルモニタシステム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
透析用モニタリングシステム			日本光電	1 式
内 訳	セントラルモニタ本体	PU-611R	日本光電	1
	液晶ディスプレイユニット	VL-612P	日本光電	1
	レコーダユニット	WS-960P	日本光電	1
	アラームインジケータ	YL-613P	日本光電	1
	CNS-6101 ケーブルセット(デュアル)	YS-109P7	日本光電	1
	スタンド	DM-601P	日本光電	1
	RU HOLDER	YS-109P8	日本光電	2
	キーボード	YS-110P6	日本光電	1
	無線式セントラルユニット	RU-960P-Z28	日本光電	2
	マウス	P58-00070	日本光電	1
	ベッドサイドモニタ	PVM-4763	日本光電	3
	ベッドサイドモニタ	PVM-4761	日本光電	5
	バッテリーパック	SB-470P	日本光電	8
	送信機	ZS-900P	日本光電	8
	架台	KC-470P	日本光電	8
	アダプタ	DH-470P	日本光電	8
	フック	DZ-470P	日本光電	8
	ホルダ	DI-471P	日本光電	8
	フィンガープローブ TL-201T	P225F	日本光電	8
	送信機	ZS-630P	日本光電	8
	電極リード線(3 電極)BR-933P	K903A	日本光電	8
	TL-201T2 フィンガープローブ	P225F	日本光電	8
	YS-103P1 シリコンカバー	Y224	日本光電	8
	50 インチディスプレイ	—	日本光電	1
PRM 基本パック	SYS1	日本光電	1	
ハードウェア(サーバ)	SYS1	日本光電	1	
PRM-7100GW パッケージプログラム	SYS1	日本光電	1	

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
人工腎臓センターモニタリングシステム			フクダ電子	1 式
内 訳	本体ユニット	DSC-8730	フクダ電子	1
	表示ユニット	LC-8024TC	フクダ電子	1
	テレメータ受信ユニット	WE-8000	フクダ電子	2

LW-8000 ベースユニット	LWB-8000	フクダ電子	1
増床 RF モジュール	RFM-W1F	フクダ電子	16
CFast カード	FCS-64G	フクダ電子	1
リチウムイオンバッテリーパック	BTO-005	フクダ電子	1
ホイップアンテナ	FUKU-429LF	フクダ電子	1
レコーダユニット	HR-800	フクダ電子	1
ネットワーク接続ケーブル	CJO-17SS2.5	フクダ電子	1
ブランチケーブル	CJ-522B(2.0M)	フクダ電子	1
ベッドサイドモニタ	DS-8100N	フクダ電子	8
送信機モジュール	HLX-801	フクダ電子	8
モニター用トロリー下ユニット	OTO-13	フクダ電子	8
8100 用トロリー上ユニット	OAD-8100	フクダ電子	8
トロリー用収納ボックス	OAD-91A	フクダ電子	16
心電中継コード CIO-(3 電極)	CIO-05CTP-3NU	フクダ電子	8
心電図用誘導リード モニタ用 3 電極	CMC-700-3	フクダ電子	8
センサ接続ケーブル	DOC-10	フクダ電子	8
部品-ネルコアセンサ	DS100A	フクダ電子	8
エアホース(3.5m)	OA-80APS3.5-S	フクダ電子	8
モニタ用血圧カフ 成人用(標準)	CUF-8504	フクダ電子	8
血圧中継ケーブル(エドワーズ社製)	—	フクダ電子	3
心電・呼吸・SpO2 送信機	LX-8300	フクダ電子	8
部品-ネルコアセンサ	DS100A	フクダ電子	8
心電図用誘導リード 送信機用 3 電極	CMT-01CTH-0.8D	フクダ電子	8
統合型モニタ管理システム(ソフトウェア)	CVW-8000	フクダ電子	1
統合型モニタ管理システム(ハードウェア)	—	フクダ電子	1
50 インチディスプレイ	—	フクダ電子	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整、ネットワーク工事、アンテナ工事、配線工事に係る経費を含むこと。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和4年5月31日（火）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 東棟4階 人工腎臓センター【担当：栗原】
(広島市中区基町7番33号)

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。