

# 仕 様 書

この仕様書は、手術用无影灯・映像システム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
手術无影灯＋映像システム			山田医療照明	1 式
内 訳	IXM CJ (主灯＋ダブルモニター)	CJ16-MHD	山田医療照明	1
	IXM CJ (主灯＋カメラアーム＋ダブルモニター)	CJ16-TV55PY-MHD	山田医療照明	1
	4K 術野カメラシステム (電動 3 軸雲台付)	MEC-7000-U HD	山田医療照明	1
	映像管理システム (映像スイッチャ・コンバーター)	AVSW	山田医療照明	1
	26 型カラー液晶 2D モニター	EX2620-WT	山田医療照明	4
	メディカルレコーダー	UR-4MD	山田医療照明	1
	23.8 型カラー液晶モニター	EV2460-WT	山田医療照明	1
	心肺用 15.6 型ワイドディスプレイ	SH1560S	山田医療照明	1
	システムカート	KY-CART	山田医療照明	1
	USB 外付ハードディスク (1TB)	—	山田医療照明	2
	変換ケーブル/線材/雑材	—	山田医療照明	1
接続パネル/映像出入口端子	—	山田医療照明	1	

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
手術用无影灯 Polaris600			ドレーケルジヤハン	1 式
内 訳	Polaris600＋カメラアーム＋2 面モニターアーム	P600+MOX+MOX	ドレーケルジヤハン	1
	Polaris600＋2 面モニターアーム	P600+MOX	ドレーケルジヤハン	1
	高精細術野カメラ	MCC-S40MD/set	ドレーケルジヤハン	1
	壁面パネル	—	ドレーケルジヤハン	1
	メディカル HD レコーダー	HVO-3300MT	ドレーケルジヤハン	1
	15 型 VTR 用タッチパネル	ET1502L-2U WA-1-G	ドレーケルジヤハン	1
	27 型 4K 液晶モニター	LMD-X2705MD	ドレーケルジヤハン	4
	SDI スイッチャ	ISW-7MX2	ドレーケルジヤハン	1
	DVI-SDI コンバーター	CWA-DVI-SDI	ドレーケルジヤハン	4

コントローラー	RC-9060-VGA	ドレーゲルジヤパン	1
15.6 型切替用タッチパネル	LCD1560MT	ドレーゲルジヤパン	1
ディスプレイワゴン	DTW-1002TB	ドレーゲルジヤパン	1
安全トランス	CMF1-500/CT	ドレーゲルジヤパン	1
ケーブル材料	—	ドレーゲルジヤパン	1

または

品名	規格 (型番)	メーカー名	数量
手術用照明器 PWD II		ゲティンゲグループ・ジヤパン	1 式
内訳	PWDII70DF VP AIM CL K3 08	ARDPWT2290 60A	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	PWDII50DF VP AIM CL K3 08	ARDPWT2290 55A	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	ADAPTATOR KIT M12/M16	ARD56728499 9	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	CURVED COVER – 2PARTS	ARD51500999 9	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	FLANGE FOR 3 AXIS TUBES	ARD51502399 9	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	サテライトサスペンションチューブ 280mm	ARD51506989 9	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	サテライトブラインドカバー AXIS2/3 用	ARD51505399 9	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	サテライトカメラ (太 2.5~7kg 1200mm)	ARD51503114 0A	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	サテライトダブルフラットス (太い配線可能) 5~12kg 1200mm	ARD51503166 0A	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	XD24 UPGRADE (XD24 ホルダ for new27 インチモニタ)	ARD56770191 1	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	TOUCHSCREEN RECESSED	ARD56870390 1	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	WPS 20 B TR	ARD56920390 3	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	49966 豊澄電源機器製品 アップトランス	LJP00525	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	TDK ラムダ製品 RSHN-2010	LJP00526	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1
	TILT QL+ 002	ARD56920498 8	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
	滅菌ハンドル HLX3000, BLUE, HLED, LUCEA50&100 用	ARD56791799 9	ゲティンゲグループ・ジヤパン 2
4K 術野カメラシステム (電動 3 軸雲台付)	MEC-7000-U HD	ゲティンゲグループ・ジヤパン 1	
26 型手術用 2D モニタ	EX2620-WT	ゲティンゲグループ・ジヤパン 4	

23.8 型カラー液晶モニター	EV2460-WT	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
心肺用 15.6 型ワイドディスプレイ	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
メディカルレコーダー	UR-4MD	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
スイッチャー	HS-1616	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
HDMItoSDI コンバーター	VPC-HS3	ゲティンゲグループ ・ジャパン	2
SDItoHDMI コンバーター	VPC-SH3	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
システムカート	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
USB ハードディスク	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	2
映像ケーブル・コンセント類	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
特注カメラジョイント金具	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
ベースプレート	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	2
調光パネル	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	1
ケーブル 1 式	—	ゲティンゲグループ ・ジャパン	2

**特記事項**

1. 機器の納入時に必要となる既存品撤去、搬入、据付、配線工事、設置工事、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和4年3月31日（木）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立広島市民病院 中央手術室【担当：竹内】

(広島市中区基町7番33号)

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者

の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。