

仕 様 書

この仕様書は、人工心肺支援システム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名	規格（型番）	メーカー名	数量
人工心肺支援システム	—	—	1 式
内 訳	TRUSYS 体外循環システム	TRUSYS HTS - C	1
	TRUSYS ポンプヘッド	HAS II - P100S	2
	TRUSYS ポンプヘッドケーブル(250)	HAS II - LP250	2
	TRUSYS モニターケーブル(1000)	HTS - LCM1000	1
	オクルージョンラバー	—	1
	ツマミリング	—	1
	補助ポールホルダー 75mm	—	1
	メラ冷温水槽	HHC - 300	1
	ポール用ホルダー	HHC - ABC	1
	リモコン用ケーブル(5m)	HHC - LC5000	1
	外部通信通信ケーブル	—	1
	300 用心肺システム通信ケーブル	HHC - LHL - 5000	1
	YSI 温度プローブ	—	3
	HPT 専用ケーブル	HPT - S	5
	カプラーホルダー	HCS - ACH	1
	運転イス	—	1
	小物入れ	HAS III - ABS	1
	キャスターガード特注品	—	1
	FHP 人工肺特注ホルダー	—	1
	FHP リザーバ特注ホルダー	—	1
	CPFOUR リザーバ無し用ホルダー	HHE - SH	1
	CPFOUR リザーバ付き用ホルダー	HHE - RH	1
	VAVD コントローラ	モデル 3930	1
	アウトレットアダプター(VA)P 型	—	1
	スーパートヨンホース ST - 66×10.5	10m	1
	マルチティックモニター	IM700 - 2	2
	モニター1	HAS III - M1	1
	モニター2	HAS III - M2	1
	モニター3	HAS III - M3	1
	モニター連結バー(縦用)	HAS III - AM2V	1
	センサ BOX1	HAS III - SB1	1
	センサ BOX2	HAS III - SB2	1
	センサ BOX3A	HAS III - SB3A	1
レベルセンサー1st(L 型)	H - LS1 - L	2	
レベルセンサー2nd(L 型)	H - LS2 - L	2	
バブル・フローセンサー(3/8)	HAS - EBA3/8	2	
レベルセンサーホルダー(L 型)	H - LSH - L	2	
超音波ジェル	H - USG	1	
人工心肺用圧力計 PS - 1(PS-1-4PM)	JM - PS1 - 4P - M	JMS	2

ポータブル吸引源 救引 Gen	VD - 16 - P 型	アルバック	2
セクリスト O2 エアミキサー	LP - D	エア・ウォーター	1
O2 エアミキサーLP(LO フロー、ポール)/デュアルフローメータ			1
耐圧ホース Assy 酸素 ピンタイプ 7m	—		1
耐圧ホース Assy 圧空 ピンタイプ 7m			1
人工心肺経過用 PC・データ管理用 PC	—	—	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和4年4月28日（木）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立安佐市民病院 臨床工学室【担当：上田】

(広島市安佐北区可部南2丁目1番1号)(電話番号:082-815-5211(代表)【内線:3536】)

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。