

# 仕 様 書

この仕様書は、人工呼吸器（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
人工呼吸器 MONNAL T60			アイ・エム・アイ	1 式
内 訳	MONNAL T60 ベンチレータ本体	12903210	アイ・エム・アイ	1
	MONNAL T60 アクセサリキット	12923612	アイ・エム・アイ	1
	MT60 架台セット	12970010	アイ・エム・アイ	1
	O2 ボンベホルダー-VELA MT60 2 個	10970020	アイ・エム・アイ	1
	サポートアーム 3つ折(MT)[CV4000A/5000]	02201102	アイ・エム・アイ	1
	ホースハンガー	02201104	アイ・エム・アイ	1
	補助バッテリー MT60	12923061	アイ・エム・アイ	1
	ダブル呼吸回路用呼気バルブ(リユース)MT	12921040	アイ・エム・アイ	2
	フローセンサ(リユース)MT	12921050	アイ・エム・アイ	2
	テストラング成人用	15821010	アイ・エム・アイ	1
	マシモ EMMA	14201010	アイ・エム・アイ	1
	マシモ成人/小児用エアウェイアダプタ(25 個入)	14221010	アイ・エム・アイ	1

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
人工呼吸器 Hamilton-C1			日本光電	1 式
内 訳	ハミルトン-C1 本体	HAMILTON-C1	日本光電	1
	酸素セル(C シリーズ用)	VV060	日本光電	1
	呼気弁セット C1	V404A	日本光電	1
	トローリーC1	HM161150	日本光電	1
	チュービングサポートアーム	HM282003	日本光電	1
	耐圧ホース酸素(川重)5M	VV121	日本光電	1
	成人/小児用ディスポフローセンサ L 型	VV115	日本光電	1
	テスト肺 1L	YS-120P2	日本光電	1
	ポケット CO2 モニタ	WEC-7301	日本光電	1
	CO2 センサ TG-101T	P922A	日本光電	1
	エアウェイアダプタ YG-101T	R801	日本光電	1

### 特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。

- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。  
ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書  
イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

### 3 納入期限

令和4年3月31日（木）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

### 4 納入場所

広島市立広島市民病院 救急科【担当：市場】

(広島市中区基町7番33号)

### 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

### 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

### 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。