

仕 様 書

この仕様書は、婦人科用手術システム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
婦人科用手術システム			オリンパス	1式
内 訳	VISERA 4K UHD カメラコントロールユニット	OTV-S400	オリンパス	1
	VISERA 4K UHD 高輝度光源装置	CLV-S400	オリンパス	1
	高速気腹装置	UHI-4	オリンパス	1
	31型 3D対応 4K液晶モニター	LMD-X310ST	オリンパス	3
	55型 3D対応 4K液晶モニター	LMD-X550ST	オリンパス	1
	4Kカメラヘッド	CH-S400-XZ-EB	オリンパス	4
	ハイビジョン画像記録装置	IMH-200	オリンパス	1
	モバイルワークステーション	WM-NP3	オリンパス	2
	高解像硬性腹腔・胸腔鏡 0° φ10mm	WA4KL100	オリンパス	4
	高解像硬性腹腔・胸腔鏡 0° φ5mm	WA4KL500	オリンパス	1
	4K映像ケーブル	MAJ-2254	オリンパス	1
	3G-SDI ケーブル	MAJ-2016	オリンパス	1
	3G-SDI ケーブル	MAJ-2015	オリンパス	2
	VTR リモートコントロールケーブル	MAJ-438	オリンパス	4
	LCD アーム 6.5kg-12kg	MAJ-2216	オリンパス	2
	ダブル CO2 ボンベホルダー	MAJ-1653	オリンパス	2
	Neo-Flex モバイルメディアセンター VHD24-191-085 55インチモニタースタンド	—	オリンパス	1
	VISERA ELITE II ビデオシステムセンター	OTV-S300	オリンパス	1
	VISERA ELITE II 高輝度光源装置	CLV-S200-IR	オリンパス	1
	HD3CMOS カメラヘッド	CH-S200-XZ-EB	オリンパス	1
	ハイビジョン画像記録装置	IMH-200	オリンパス	1
	赤外対応高解像硬性腹腔・胸腔鏡 0° φ10mm	WAIR100A	オリンパス	1
	赤外対応高解像硬性腹腔・胸腔鏡 30° φ10mm	WAIR130A	オリンパス	1
	大型モニター用スタンド(ACアダプターボックス付)	MS-BA1600-26A	日本フォームサービス	1
	ハンドル	HD-1600	日本フォームサービス	1
	ニューモクリア気腹装置プラス ホースセットガスボンベ用ホース付き	0620050010JP2	日本ストライカー	1
CO2 スwitchングバルブ気腹装置用 ガスボンベ用ホースセットタンク ヨーク、タンクホース	0620-030-503 0620010103/4JP	日本ストライカー	1 1	

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
1688 内視鏡カメラシステム			日本ストライカー	1式
内	1688AIM 4K カメラコンソール	1688010000	日本ストライカー	2
	L11 光源装置	0220230300	日本ストライカー	2

訳	1688AIM 4K カメラヘッド インテグレートドケーブル付	1688610122	日本ストライカー	5
	AIM セーフライトケーブル	0233-050-300	日本ストライカー	5
	ESST スコープアダプター	SR-233-50-87	日本ストライカー	5
	PRECISION IE ラパロスコープ 10mm 0°	0502-103-010	日本ストライカー	5
	PRECISION IE ラパロスコープ 5.5mm 0°	0502-503-010	日本ストライカー	1
	PRECISION IE ラパロスコープ 10mm 30°	0502-103-030	日本ストライカー	2
	エンドカート 4	F-NSK-006-00	日本ストライカー	2
	クレーンアーム (延長アーム付)	F-NSK-006-301	日本ストライカー	2
	6.7L ボンベラック 2 個 1 組	MET-1600	日本ストライカー	2
	4K サージカルディスプレイ 32 ｲﾝﾁ	0240-031-050	日本ストライカー	2
	HDMI ケーブル 3M	DH-HDP14E30BK	日本ストライカー	1
	ニューモクリア気腹装置プラス	0620050010JP2	日本ストライカー	2
	CO2 スイッチングバルブ気腹装置用	0620-030-503	日本ストライカー	2
	ガスボンベ用ホースセット タンクヨーク、タンクホース	0620010103/4JP	日本ストライカー	2
	CONNECTED OR HUB ベースシステム	0240200100I	日本ストライカー	2
	CONNECTED OR HUB 4K レコーディングパッケージ	0240200111	日本ストライカー	2
	HDMI ケーブル 9M メタル	KM-HD20-P90	日本ストライカー	1
	SONY 55 型 4K 液晶モニター X550MD	LMD-X550MD	日本ストライカー	1
	NEO-FLEX モバイルメディアセン ターVHD(黒)55 インチモニター対応	24-191-085	日本ストライカー	1
	4K コンバータ	TERANEX-AV	日本ストライカー	1
	BNC ケーブル 3M	D3.3UHDC03E	日本ストライカー	4
	アプティマックス滅菌用トレイ 2 個入	19409	ASP	2
	アプティマックス滅菌用トレイ用マット 2 枚入	19611	ASP	2
	アプティマックス滅菌用トレイ(硬性鏡用)2 個入	19451	ASP	3
	アプティマックス滅菌用トレイ用ホルダー 4 個入	19625	ASP	2
	アプティマックス滅菌用トレイ用ホルダー 4 個入	19624	ASP	2
アプティマックス滅菌用トレイ用ホルダー 4 個入	19626	ASP	1	

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整等に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和4年3月31日(木)

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 中央手術室【担当：依光】

(広島市中区基町7番33号)

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。