

広島市立広島市民病院
X線血管造影装置システム技術仕様書

広島市立広島市民病院

1. 調達物件の背景及び目的

現行システムは平成 20 年度に購入したもので、令和 4 年度には購入後 13 年を経過し老朽化が見込まれる。令和 3 年度でサポートは終了し、故障の際には現状復帰が不可能となる。本装置は、脳血管カテーテル治療や小児心臓カテーテル治療を中心とした運用をしており、夜勤や週休日の急患対応や、COVID19 疑い、COVID19 感染者のカテーテル治療の対応装置として運用も行っている。稼働率は 60%を超える血管造影室であり、令和 3 年度以降で修理不可能となった場合収益に大きな影響が出るため、更新を行う。

2. 調達物件名及び構成内容

X 線血管造影装置システム	-----	1 式
構成内訳		
・ 血管造影装置	-----	1 式
・ 携帯用超音波診断装置	-----	1 式
・ その他付属品等	-----	1 式

上記のほか、既存品の撤去・搬入・据付・配線・調整等を含む。

3. 技術的要求要件

- (1) 本調達物件に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。
- (2) 技術的要件は、全て必須の要求要件である。
- (3) 必須の要求要件は、発注者の必要とする最低限の要求要件を示しており、本調達物件の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- (4) 本調達物件の性能等が技術的要求を満たしているか否かの判定は、広島市立広島市民病院医療機器選定委員会及び広島市立病院機構本部事務局で実施する入札契約審査会において、本調達物件に係わる技術仕様書に対する提案書やその他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
- (5) 本調達物件の構成においては、全て新品であること。引上げ品等使用している場合は落札決定の対象から除外する。

4. その他

(1) 仕様に関する留意事項

- ① 本調達物件のうち医療用具に関しては、入札時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（旧薬事法）」に定められている製造の承認を得ている機器で

あること。

- ② 本調達物件は、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時に製品化されていない機器で応札する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。

(2) 提案に関する注意事項

- ① 提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどの程度満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的、かつ、分かりやすく記載すること。

したがって、本仕様書の技術的要件に対して、単に「できます。」「提案します。」といった文章のみで、その根拠となるデータ等を示さず具体性のない提案書の場合、評価できないため不合格とする。

- ② 提出資料等に関する照会先を明記すること。
- ③ 提出された内容について、ヒアリングを行う場合があり、ヒアリングについて打診を受けた場合は、必ず対応すること。