

# 仕 様 書

この仕様書は、PACS 読影システム端末（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名	規格（型番）	メーカー名	数 量
Centricity PACS 読影システム端末 「Universal Viewer」	/	GE ヘルスクエア・ジャパン	1 式
内 訳	読影端末【モニタ EIZO 社 3M カラー2面(RX360) + DELL 社 T5820XL】	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1 式
	EIZO RADICS UX2 Sensor (センサーソフト付)	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	モニタ EIZO 社 2M カラー(MX216)	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	インフォコム社レポートシステム用端末(レポート ライセンス付)	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1 式
	SCAENA/ ワークテーブル SKWL1812L7 OW/PW W1800×D1200×H720	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	ST ワゴン/ST-A4-3-606SK OW W396×D585×H606	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	KRENE/KRA-340BC PA クロス ハイ ブラ ックシェル FAJ 肘 Dブルー W660×D591×H917~1007×SH429~519	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	Z ライト Z-10R W ホワイト	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2
	HS 収納 オープン O-21(B)OW W900×D400 ×H2100 標準ベースダブル 付	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	HS 収納 オープン O-21(B)W800 OW W800× D400×H2100 標準ベースダブル 付	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 3
	HS 収納 オープン O-10(B)OW W900×D400 ×H1050 標準ベースダブル 付	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	天板 UT-900(B)PW	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	E3 標準パネル S-1307C クロス スカイブルー W700×D40×H1325	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2
	E3 標準パネル S-1707C クロス スカイブルー W700×D40×H1725	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 1
	E3 標準パネル S-1709C クロス スカイブルー W900×D40×H1725	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 4
	E3 標準パネル S-1710C クロス スカイブルー W1000×D40×H1725	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 3
	E3 標準パネル S-1306C クロス スカイブルー W600×D40×H1325	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2
	ローパーティション E3 パネル S ジョイント金具	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 6
	ローパーティション E3 段差支柱セット L-1R 1325H/1725H 用 W40×D40×H400	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2
	ローパーティション E3 パネル L ジョイント 1725H 用 W40×D40×H1725	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2
ローパーティション E3 パネル エンドカバー 1325H 用 W40×D20×H1325	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2	
ローパーティション E3 パネル エンドカバー 1725H 用 W40×D20×H1725	-	GE ヘルスクエア・ジャパン 2	

E3 パネル 壁面スタート 1725H 用 SM W55×D45×H1725	-	GE ヘルスカア・ジャパン	1
E3 パネル オープン棚 OS-09 SM W900×D240×H190	-	GE ヘルスカア・ジャパン	1

特記事項

1. 機器は、当院既存 PACS 読影システム用端末の増設として導入すること。
2. 機器の稼働に必要な搬入、据付、調整、JMAC レポートシステム設定、ネットワーク工事、アプリケーショントレーニング、システム構築等に係る経費を含むこと。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和4年12月28日（水）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立広島市民病院 放射線診断科（担当：竹本）  
（広島市中区基町7番33号）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。