

# 仕 様 書

この仕様書は、関節鏡システム（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名	規格（型番）	メーカー名	数量
関節鏡システム		日本ストライカー	1 式
1688 AIM 4K カメラコンソール	1688010000	日本ストライカー	1
1688 AIM 4K カプラーC マウント	1688020122	日本ストライカー	2
1688 AIM 4K カメラヘッド C マウント	1688210105	日本ストライカー	2
L11 光源装置	0220230300	日本ストライカー	1
AIM2.0 セーフライト ファイバーオプティックケーブル径 5MM	0233-050-400	日本ストライカー	2
ESST スコープアダプターストルツ/ダイオニクス仕様	SR-233-50-87	日本ストライカー	2
4K サージカルディスプレイ 32 インチ	0240-031-050	日本ストライカー	2
CONNECTED OR HUB ベースシステム	0240200100I	日本ストライカー	1
SDP1000 デジタルカラープリンター	0240-080-230	日本ストライカー	1
エンドカート 4	F-NSK-006-00	日本ストライカー	1
クレーンアーム（延長アーム付）	F-NSK-006-301	日本ストライカー	1
モバイルワークスタンド 2 キーボードトレイ 無キャスター直径 60MM	FFP-MWS2-BF	日本ストライカー	1
ハンドルポールクランプ 1 個付	MWS2-HD	日本ストライカー	1
CPU ホルダーポールクランプ 1 個付スモール	MWS2-CPU-S	日本ストライカー	1
滅菌ケース アースロスコープ・カメラ用 L52×W24×H10CM	0233-032-105	日本ストライカー	2
PRECISION IE 4K アースロスコープ AC4MM30° 140MM スピードロック	0502444030	日本ストライカー	2
PRECISION IE 4K アースロスコープ AC4MM45° 140MM スピードロック	0502444045	日本ストライカー	2
オブチュレーターペンシルチップ 5.8MM カニューレ用	OR-0747-031-510	日本ストライカー	2
スピードロックカニューレ 5.8MM ローテーティング ストップコック 2 付	OR-0747-031-550	日本ストライカー	2
HDMI ケーブル 9M メタル	KM-HD20-P90K	日本ストライカー	1
サーファス プローブベンダー	0278-400-000	日本ストライカー	1
フォーミュラ 180 シェーバーハンドピースハンドスイッチ付き	0375-708-500	日本ストライカー	2
クロスファイアー フットスイッチ	0475-000-100I	日本ストライカー	1
クロスファイア 2 コンソール	0475-100-000I	日本ストライカー	1
ポータブル昇圧トランス 入力 AC100V 出力 AC115/125V	PT-20U	日本ストライカー	1
マルチフローポンプコンソール	2205302	日本ストライカー	1
関節鏡用トランスポンダー	2205331	日本ストライカー	1
電源ケーブル US2.0M	2206519	日本ストライカー	1

### 特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、設定、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

## 3 納入期限

令和5年3月31日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立広島市民病院 中央手術室（担当：出家）  
（広島市中区基町7番33号）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

## 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。