

# 仕 様 書

この仕様書は、移動型 X 線撮影装置（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

## 1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
移動型 X 線撮影装置		—		1 式
移動型 X 線撮影装置 (CALNEO Go PLUS)		—		1 式
内	FUJIFILM DR CALNEO Go PLUS	CALNEO GO+	富士フィルム メディカル 株式会社	1
	ワイヤレスハンドスイッチ PLUS	CLN GO+ REMOTE CONTROLLER		1
	光るハンドスイッチ PLUS	CLN GO+ LUMINOUS HAND SWITCH		1
	ハンドスイッチ増設キット PLUS	CLN GO+ ADD HAND SWITCH		1
	GoPLUS 用 Bluetooth ハートリーダーキット	CLN GO+ WIRELESS BCR RDR		1
	無線 LAN オプション PLUS	CLN GO+ WIRELESS LAN OP		1
	無線 LAN アダプター 5.2GHz	WN-AC433UK		1
	IC カートリーダー取付キット	CLN GO+ IC CARD AU OPTION		1
	IND IC カートリーダー RC-S380/S	RC-S380/S		1
	CALNEO Flow G77	DR-ID 1832 SE		1
	CALNEO Flow C12	DR-ID 1814 SE		1
	Flow 用バッテリーパック(軽量タイプ)	DR1800 SE BATTERY S		4
	Flow/Smart 共通バッテリーチャージャー	DR1200 SE BATTERY CHARGER B		1
	Smart 用トッキングスタンド	DR-ID 1200 DS		1
パネルトッキングスタンド用 SE アダプター	DR1200 SE-DS ADAPTER	1		
C12-トッキングスタンド用 SE アダプター	DR1214 SE-DS ADAPTER	1		
8ポートスイッチング HUB(Gb)	AT-GS920/08	1		
黒化処理ソフトウェア	DX CL SHUTTER-PROC SWL	1		
グリッド除去処理ソフトウェア	DX CL GPR SWL	1		
DICOM 接続ソフトウェア:MWM(患者+メー情報)	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	1		
Virtual Grid ソフトウェア	DX CL VIRTUAL GRID SWL	1		
汎用 RIS ブラウザソフトウェア	DX CL GEN RIS BROWSER SWL	1		
一般体動検出ソフトウェア	DX CL MOTION DETECTION SWL	1		
訳				

	ダイミックス処理アップグレードソフトウェア	DX CL DYN VISUAL II UPG SWL	富士フィルム メディカル株式会社	1	
	Windows Client Access License (5CAL)	—		1	
又 は					
	移動型 X 線撮影装置 ( MobileDaRt Evolution MX8s)	—		1 式	
内                訳	MobileDaRt Evolution	—	株式会社 島津製作所	1	
	X 線管保持装置および台車部	Cart ASSY			1
		BASE ASSY			1
		TELESCOPIC COLUMN ASSY			1
		CONTROL UNIT ASSY			1
		TUBE MOUNT ASSY			1
		X 線高電圧装置 (最大出力 32kW)		BIR-320-133	
	X 線管装置 300kHU	0.7U161CS-36			1
	コリメータ	R-20C			1
	計算面積線量表示機能	—			1
	無線ハンドスイッチ	WIRELESS HAND SW			1
	ハンドル高さ変更キット	CHANGING THE GRIP BAR HEIGHT KIT			1
	無線 LAN オプション	WIRELESS LAN OP			1
	無線バーコードリーダー	WIRELESS BCR OP			1
	FPD, 17x17 (高感度)	DR-ID 1812SE			1
	FPD, 四切 (高感度)	DR-ID 1814SE			1
	バッテリーパック	BATTERY PACK, 1800SE			3
バッテリーチャージャー	BATTERY CHARGER #, 1200SE		1		
バーチャルグリッド	VIRTUAL GRID LC		1		
Windows Client Access License (5CAL)	—		1		

特記事項

1. 物品の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 当院が運用している電子カルテ及び画像ネットワークシステム等と連携すること。また、連携に係る経費を含むこと。
3. 物品の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
  - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
  - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表

④ 新品・未開封のものを納品すること。

### 3 納入期限

**令和5年3月31日（金）**

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

### 4 納入場所

広島市立北部医療センター安佐市民病院 放射線科【担当：行友】

(広島市安佐北区亀山南一丁目2番1号) (電話番号:082-815-5211 (代表)【内線 3033】)

### 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

### 6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

### 7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。