

仕 様 書

この仕様書は、新生児脳波計（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び規格（型番）、メーカー名、数量等

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
脳波計 アークエッセンシア			アイ・エム・アイ	1 式
内 訳	アークエッセンシア アンプ 一 式	14301010	アイ・エム・アイ	1
	ノート型 PC	14302121	アイ・エム・アイ	1
	アークエッセンシア マウス	14302130	アイ・エム・アイ	1
	赤外線カメラセット	14302110	アイ・エム・アイ	1
	VHRS カート（ARC EEG ノート PC 用）一式	14321210	アイ・エム・アイ	1
	外付け HDD 8TB	14302060	アイ・エム・アイ	1
	USB3.0 バスパワー 3 ポート ハ ブ ブラック	14302101	アイ・エム・アイ	1
	医療施設用配線器具 MKZ45（白） 本体 5m ケーブル	03571090	アイ・エム・アイ	1
	MKZ45 用マグネット	03571160	アイ・エム・アイ	1
	アークエッセンシア脳波電極（黒）	14321140	アイ・エム・アイ	1
	Ten20 脳波ペースト（ボトル）3 個/組	14321060	アイ・エム・アイ	1
Nuprep 皮膚 Prep 3 個/組	14321070	アイ・エム・アイ	1	

または

品 名		規格（型番）	メーカー名	数量
脳波計 EEG-1290			日本光電	1 式
内 訳	脳波計	EEG-1290	日本光電	1
	コントロールユニット	GG-127A	日本光電	1
	電極接続箱	JE-921A-01	日本光電	1
	アダプタ	DI-120A	日本光電	1
	ミニ電極接続箱	JE-922A01	日本光電	1
	デジタルビデオソフトウェア	QP-110AK	日本光電	1
	マイクセット	ZD-110A	日本光電	1
	スピーカーセット	ZD-120A	日本光電	1
	カラーカメラセット 3	LC-361B - 01	日本光電	1

カメラポール	KH-120A	日本光電	1
EEGトレンドプログラム	QP-160A	日本光電	1
発作波形検出プログラム（新生児用）	QL-162A	日本光電	1

特記事項

1. 機器の納入時に必要となる搬入、据付、調整に係る経費を含むこと。
2. 機器の納入時に既存品を院内の指示する場所に移動させること。

2 一般的条項

- ① 受注者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能及び取り扱いに関する説明書とメーカー発行の保証書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 新品・未開封のものを納品すること。

3 納入期限

令和6年1月31日（水）

なお、納入に際し予め納入場所を確認し、当院が別途指定する日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立広島市民病院 総合周産期母子医療センター（担当：西村）
（広島市中区基町7番33号）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室用度担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取替えるものとする。

7 その他

本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、当院職員と協議のうえ、決定するものとする。